

เครื่องปั่นผสมสารอุดฟัน

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เพื่อใช้ในการบริการทันตกรรมด้านการอุดฟัน

คุณสมบัติทั่วไป

- ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับแรงดัน ๒๒๐ โวลท์ ๕๐ เฮิร์ตซ์
- ตัวเครื่องทำด้วยวัสดุแข็งแรงไม่แตกง่าย

คุณสมบัติทางเทคนิค

- เครื่องเดินเงียบ ใช้ระบบ Solid State
- ความเร็วของการสั่นสม่ำเสมอ
- ความเร็วของการสั่นไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ รอบ/นาที
- มีหน้าปัทม์บอกเวลาทำงานของเครื่องพร้อมที่ตั้งเวลาทำงานแบบอัตโนมัติ
- มีแคปซูลพร้อมลูกปืน อย่างน้อย ๒ ชุด
- มีสวิตช์เปิด-ปิดเครื่อง
- มีระบบป้องกันโอปรอทฟุ้งกระจาย
- มีใบรับประกันคุณภาพ จากบริษัทผู้ผลิต
- มีคู่มือการใช้ และบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย ๑ ชุด
- มีคู่มือการซ่อม และวงจร ของเครื่องอย่างละเอียด (Technical/Service Manual)
- มีใบรับรองการเป็นผู้แทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายมีศักดิ์ ญาณโกมท)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางพิรุณรัตน์ ยอดเยี่ยม)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายณัฐชัย ตะวันนา)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ