

๒. หัวกรอใช้อันงอ

ใช้สำหรับกรอแต่งฟันให้ได้รูปร่างตามต้องการใช้ในงานอุดฟัน งานรักษารากฟัน

๒.๑ คุณลักษณะทั่วไป

๒.๑.๑ เป็นหัวกรอความเร็วต่ำ ดำตรง อัตราทดรอบ ๑: ๑

๒.๑.๒ สามารถต่อเข้ากับข้อต่อ micromotor ของระบบยูนิตทำฟันของงานทันตกรรมโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลได้

๒.๒ คุณลักษณะเฉพาะ

๒.๒.๑ ดำกรอชนิด มีอัตราทดรอบ ๑: ๑

๒.๒.๒ ดำทำจากโลหะปลอดสนิม ไม่สิ้นขณะใช้งาน

๒.๒.๓ ใช้กับหัว bur ชนิด ก้านสั้น ใส่จับยึดและถอดหัว bur โดยเป็น push botton ได้ง่าย

๒.๒.๔ ความเร็วรอบสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๓๐,๐๐๐ รอบ/ นาที สามารถปรับความเร็วรอบได้

๒.๒.๕ สามารถใส่และถอดออกจากข้อต่อ micromotor ได้ง่าย

๒.๒.๖ ตัวดำมีน้ำหนักรเบา

๒.๒.๗ สามารถบำรุงรักษา และทำความสะอาดด้วยน้ำมันทำความสะอาดหัวกรอ

๒.๒.๘ สามารถอบฆ่าเชื้อด้วย Autoclave ที่อุณหภูมิ ๑๓๕°C โดยไม่เป็นสนิม

๒.๒.๙ มีที่อน้ำติดมากับหัวกรอในลักษณะอยู่ภายนอกดำหัวกรอ

๓. เงื่อนไขเฉพาะ

๓.๑ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือนำเข้าจากประเทศไทย หรือประเทศญี่ปุ่น หรือที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากสถาบันต่าง ๆ โดยต้องได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สากล ISO เป็นอย่างน้อย

๓.๒ ชุดอุปกรณ์ตกแต่งฟันต้องผ่านการทดสอบจากงานทันตกรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง

๓.๓ ต้องแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนจำหน่ายชุดอุปกรณ์ตกแต่งฟันและอะไหล่ของชุดอุปกรณ์ตกแต่งฟันที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตอย่างถูกต้อง พร้อมทั้งมี แค็ตตาล็อกตัวจริง

๓.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นประวัติการจำหน่ายครุภัณฑ์ที่นำมาเสนอขายโดยระบุ ปีที่จำหน่าย รุ่น ชื่อสถานพยาบาลพร้อมเบอร์โทรศัพท์

๓.๕ รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่วันที่ส่งมอบ เป็นหัวกรอใหม่ในระหว่างประกันผู้ขายต้องส่งเจ้าหน้าที่ช่าง มาทำการตรวจสอบประสิทธิภาพ บำรุงรักษา ทุก๓ เดือน มีการส่งรายงาน

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายมีศักดิ์ ญาณโกมุท)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข อ่าวใส

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางพิรุณรัตน์ ยอดเยี่ยม)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายณัฐชัย ตะวันนา)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

