


## เก้าอี้ปรับนอนอัตโนมัติสำหรับบริจาคโลหิตและเกล็ดโลหิต

1. วัตถุประสงค์ เพื่อใช้งานกับผู้ป่วยบริจาคโลหิตและเกล็ดโลหิต
2. คุณสมบัติทั่วไป
  - 2.1 เป็นเตียงรับบริจาคโลหิตภายในอาคาร ที่มีความแข็งแรง และสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก
  - 2.2 เตียงสามารถใช้กับไฟฟ้า 220 โวลท์ 50/60 เฮิร์ตซ์
  - 2.3 ขนาดของเตียงสูงจากพื้นประมาณ 50 เซนติเมตร กว้าง 90 เซนติเมตร ยาว 95 เซนติเมตร น้ำหนักเมื่อรวมมอเตอร์แล้ว 35 กิโลกรัม
  - 2.4 ผลิตภัณฑ์ของ ทวีป/กลุ่มประเทศ/ประเทศไทย
3. คุณลักษณะเฉพาะ
  - 3.1 โครงสร้างของเตียงมีความแข็งแรง สามารถรับน้ำหนักผู้บริจาคได้ไม่เกิน 110 กิโลกรัม
  - 3.2 ส่วนประกอบของเตียง
    - 3.2.1 สามารถปรับเตียงให้เอียงท่ามุมได้ถึง 160 องศา เพื่อให้อยู่ในท่า shock position กรณีผู้บริจาคเป็นลม
    - 3.2.2 ที่นั่งและพนักพิงมีความหนา 40 เซนติเมตร และหุ้มด้วยหนังสังเคราะห์ (robust synthetic leather)
  - 3.3 สามารถปรับระดับเตียงโดยการสั่งงานผ่าน electronic motor
  - 3.4 ที่พักแขนยาว 58 เซนติเมตร กว้าง 25 เซนติเมตร เพื่อความสะดวกสบายในการใช้งาน
  - 3.5 มีแผ่นรองศีรษะติดกับเตียงบริจาค สามารถถอดเปลี่ยนหรือทำความสะอาดได้
  - 3.6 ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.

  
 มอก. 1  
 15/07/2561