



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์

ที่ อท ๐๐๓๒.๓๘/

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ปฏิบัติราชการแทน)

ตามคำสั่งจังหวัดอ่างทองที่ ๖๒๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ แต่งตั้งข้าพเจ้าผู้มินามข้างท้ายเป็นคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับไฮดรอลิก จำนวน ๒ เตียง ๆ ละ ๙๕,๐๐๐.-บาท วงเงินที่ได้รับจัดสรร ๑๙๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) และหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๐๑.๒๖/ว๐๐๒๕ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖ การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลาง และการคำนวณราคาากลาง ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้มีการให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้างซึ่งมีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างเกินกว่าหนึ่งแสนบาท ตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ให้หน่วยงานของรัฐดังกล่าวเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลาง และการคำนวณราคาากลาง ตามแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น วิธีการประกาศ ระยะเวลาประกาศ

คณะกรรมการ ฯ ได้ดำเนินการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับไฮดรอลิก จำนวน ๒ เตียง ๆ ละ ๙๕,๐๐๐.-บาท และราคาากลาง ๑๙๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) จากบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด และบริษัท ป็อบ เมดิค เทรตติ้ง จำกัด ตามรายละเอียดแนบท้าย และขออนุมัติใช้รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคาากลาง เพื่อมอบให้ฝ่ายพัสดุใช้ในการดำเนินการประกาศประกวดราคาซื้อ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตามเสนอ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นางพองศรี เอี่ยมประไพ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสาวอัจฉางค์ สุหนต์)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางอาริยา สุพรรณติ)

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีใช้งานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑.	ชื่อโครงการ	ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์	
๒.	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	จังหวัดอ่างทอง (โดยโรงพยาบาลอ่างทอง)	
๓.	รายการเพียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับไฮโดรลิก	จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๙๕,๐๐๐-บาท วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)	
๔.	วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	เพียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับไฮโดรลิก จำนวน ๒ เครื่อง ราคากลาง ๑๙๐,๐๐๐.-บาท วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘	
๕.	แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	จากผู้จำหน่าย จาก ๑. บริษัท ป็อบ เมติก เทรตติ้ง จำกัด ๒. บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด	
๖.	รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง		
๑.	นางผ่องศรี เอี่ยมประไพ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๒.	นางอัมภางค์ สุหนต์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๓.	นางอารีญา สุพรรณดี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เตียงตรวจโรคและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยพร้อมที่สอดแผ่นเอกซเรย์

ชื่อสินค้า เตียงตรวจโรคและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยพร้อมที่สอดแผ่นเอกซเรย์


ความต้องการ เตียงเคลื่อนย้าย และเฝ้าสังเกตผู้ป่วย และมีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนด

คุณลักษณะทั่วไป

- ตัวเตียงผลิตจากเหล็กและอลูมิเนียมอัลลอยด์คุณภาพสูง เคลือบสี โครงสร้างมีความแข็งแรงทนทาน

คุณลักษณะเฉพาะ

- โครงสร้างของเตียง
 - โครงสร้างของตัวเตียงผลิตจากเหล็กและอลูมิเนียมอัลลอยด์คุณภาพสูงเคลือบสี มีขนาดความยาว ไม่น้อยกว่า 193 เซนติเมตร ความกว้าง 64 เซนติเมตร ความสูง 50 – 90 เซนติเมตร
 - ด้านหัวเตียงมีที่สำหรับใส่เสาน้ำเกลือทางด้านขวา และปลายเตียงทางด้านซ้าย
 - ตัวเตียงสามารถปรับความสูงขึ้น – ลง ได้ในระดับต่ำสุด 50 เซนติเมตร โดยวัดจากพื้น และสามารถปรับสูงสุดได้ 90 เซนติเมตร
 - ปรับระดับสูงต่ำด้วยระบบไฮดรอลิก
 - มีที่สำหรับเอกซเรย์ทางช่องอกได้
 - บริเวณด้านล่างมีช่องสำหรับเก็บเสาน้ำเกลือได้หากไม่ได้ใช้งาน
- ส่วนรองรับตัวคนไข้
 - แบ่งเป็น 2 ตอน ตามสรีระของคนไข้ คือ ส่วนศีรษะถึงแผ่นหลัง และช่วงลำตัวถึงช่วงขาตามลำดับ
 - ส่วนรองรับตัวคนไข้ ทำด้วยวัสดุคุณภาพดี ทนทาน ฉุดขึ้นรูปโค้งมน ไร้อรอยต่อที่มุมและส่วนบนที่นอน
 - บริเวณหัวเตียงและส่วนท้ายเตียงมีมือจับ สำหรับเข็น มีความแข็งแรงทนทาน สามารถรับน้ำหนักได้ดีเยี่ยม รวมถึงสามารถรับน้ำหนักในการทำ CPR ได้
 - ส่วนที่เป็นที่รองรับศีรษะผู้ป่วยสามารถยกปรับได้ 75 องศา และสามารถปรับด้วยระบบไฮดรอลิก เพียงยกที่ปรับศีรษะที่ติดตั้งบริเวณหัวเตียงขึ้นก็จะสามารถปรับระดับได้

Ami


- **ราวข้างเตียง**
 - เป็นราวกันข้างเตียง จำนวน 2 ชั้น ทำจากวัสดุ อะลูมิเนียม อย่างดีเป็นชนิดราวสไลด์ สามารถพับเก็บ ได้ในระดับต่ำกว่าที่นอน เพื่อให้ไม่ให้เกิดขวางเวลาขึ้นหรือลงจากเตียง
 - สามารถล็อกเมื่อตั้งราวขึ้นและกดปลดล็อกเมื่อต้องการพับราวลง และมีคุณสมบัติที่แข็งแรงทนทาน ทนต่อการถีบหรือกระทำรุนแรงต่าง ๆ จากผู้ป่วย
- **การปรับระดับ**
 - สามารถปรับระดับสูงต่ำด้วยระบบไฮดรอลิกและสามารถปรับระดับเตียงได้ 1 ระดับ คือปรับระดับเอนหลังขึ้นลงได้ประมาณ 0-75 องศา

อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน ต่อ 1 เตียง ดังนี้

- **ส่วนของเบาะ**
 - ทำด้วยฟองน้ำหุ้มด้วยผ้าไลคร่าอย่างดีป้องกันน้ำ
 - สามารถซักล้าง ได้ง่าย พร้อมห่วงผ้าบริเวณที่จะยกหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
 - มีที่รัดตัวผู้ป่วยให้ติดกับที่นอน 2 จุด ทั้งทางด้านบน และด้านล่างของผู้ป่วย
- **เสาน้ำเกลือ**
 - เสาน้ำเกลือทำด้วยโลหะอย่างดี สามารถปรับระดับสูง – ต่ำ ได้ และมีแฉก 4 แฉก สามารถปรับและพับเก็บได้

เงื่อนไขเฉพาะ

- เป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ผู้เสนอขายจะต้องมี โรงงานผลิตเป็นของตนเองและมีหลักฐานใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม มาแสดงในวันเปิดซอง
- รับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปีนับตั้งแต่วันส่งมอบ
- เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานหรือการสาธิตมาก่อน
- ต้องนำสินค้าตัวอย่างมาแสดงในวันเปิดซองอย่างน้อย ชุด 1
- ทางบริษัทผู้จัดจำหน่ายต้องแถมน้ำยา Spray foam (Surfasafe) 750ml.จำนวน1ขวดต่อ1ชุดเพื่อใช้เช็ดถูเตียงป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อคือยา
- ต้องมีหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต หรือได้รับหนังสือรับรองการแต่งตั้งจากบริษัทผู้แทนจำหน่าย และต้องมีเอกสารจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข อย.) ที่ออกให้แก่บริษัทผู้เสนอขาย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์

ที่ อท ๐๐๓๒.๓๘/

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ปฏิบัติราชการแทน)

ตามคำสั่งจังหวัดอ่างทองที่ ๖๒๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ แต่งตั้ง
ข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายเป็นคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ
เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับมือหมุน จำนวน ๔ เตียง ๆ ละ ๔๐,๐๐๐.-บาท วงเงินที่ได้รับจัดสรร
๑๖๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) และหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๐๑.๒๖/ว๐๐๒๕
ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖ การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลาง
และการคำนวณราคาากลาง ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้มีการให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้างซึ่งมีวงเงิน
การจัดซื้อจัดจ้างเกินกว่าหนึ่งแสนบาท ตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ให้หน่วยงานของรัฐ
ดังกล่าวเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลาง
ตามแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น
วิธีการประกาศ ระยะเวลาประกาศ

คณะกรรมการ ฯ ได้ดำเนินการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
ปรับระดับมือหมุน จำนวน ๔ เตียง ๆ ละ ๔๐,๐๐๐.-บาท และราคาากลาง ๑๖๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสน
หกหมื่นบาทถ้วน) จากบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด และบริษัท ป็อบ เมติก เทรตติ้ง จำกัด ตาม
รายละเอียดแนบท้าย และขออนุมัติใช้รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคาากลาง เพื่อมอบให้ฝ่ายพัสดุ
ใช้ในการดำเนินการประกาศประกวดราคาซื้อ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตามเสนอ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นางจรรยาพร ฉิมฉวี)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาวอัญญาจักษ์ สุหนต์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางอารีญา สุพรรณติ)

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีช่างงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. ชื่อโครงการ	ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์	
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	จังหวัดอ่างทอง (โดยโรงพยาบาลอ่างทอง)	
๓. รายการเพียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับมือหมุน จำนวน ๔ เตียง	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)	
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เพียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับมือหมุน จำนวน ๔ เตียง	ราคากลาง ๑๖๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘	
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จากผู้จำหน่าย จาก		
๑. บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด		
๒. บริษัท ป็อบ เมดิค เทรคดิ่ง จำกัด		
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง		
๑. นางจรรยาพร นิมฉวี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวอัษฎางค์ สุทนต์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๓. นางอารีญา สุพรรณดี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ

**เตียงเคลื่อนย้าย และเฝ้าสังเกตผู้ป่วย
(Luxurious Stretcher Cart)**

โครงสร้าง

- โครงสร้างของตัวเตียงผลิตจากเหล็กคุณภาพสูงเคลือบสี ความยาว 200 เซนติเมตร ความกว้าง 63 เซนติเมตร ความสูง 50-82เซนติเมตรพร้อมที่เก็บถังออกซิเจนและวางอุปกรณ์ต่างๆบริเวณใต้เตียง
- ด้านหัวเตียงมีที่สำหรับใส่เสาน้ำเกลือทางด้านขวาและส่วนปลายเตียงทางด้านซ้าย
- ตัวเตียงสามารถปรับความสูงขึ้น-ลงได้ในระดับต่ำสุด 50 ซม. โดยวัดจากพื้น และสามารถปรับสูงสุดได้ 82เซนติเมตร โดยมีระบบไกหมุนใช้สำหรับปรับความสูงขึ้นลง
- ไก่ทำจากสแตนเลสอย่างดี สามารถพับเก็บได้
- บริเวณด้านล่างมีช่องสำหรับเก็บเสาน้ำเกลือได้หากไม่ได้ใช้งาน

ส่วนรองรับตัวคนไข้

- แบ่งเป็น 2 ตอน ตามสรีระของคนไข้ คือส่วนศีรษะถึงแผ่นหลัง และช่วงลำตัวถึงช่วงขาตามลำดับ
- ส่วนรองรับตัวคนไข้ ทำด้วยวัสดุคุณภาพดี ฉีดขึ้นรูปโคงมน ไร้รอยต่อที่มุมและส่วนบนที่นอน
- บริเวณหัวเตียงและส่วนท้ายเตียงมีช่องว่างไว้สำหรับเข็น มีความแข็งแรงทนทาน สามารถรับน้ำหนักได้ดีเยี่ยม
- สามารถรับน้ำหนักในการทำ CPR ได้
- ส่วนที่เป็นที่รองรับศีรษะผู้ป่วย สามารถยกปรับได้ 75 องศา และสามารถปรับได้ด้วยระบบโซ้คเพียงยกที่ปรับศีรษะที่ติดตั้งบริเวณหัวเตียงขึ้นก็จะสามารถปรับระดับได้
- มีสายรัดลำตัวผู้ป่วยเพื่อป้องกันการพลิกตกเตียง เพื่อความปลอดภัย

ราวข้างเตียง

- เป็นราวกันด้านข้างเตียง จำนวน 2 ชั้นทำจากวัสดุโพลีเอทิลีนขึ้นรูปอย่างดีสามารถพับเก็บ แยกกันได้ โดยอิสระ ในระดับต่ำกว่าที่นอน เพื่อไม่ให้ขัดขวางเวลาขึ้นหรือลงจากเตียง
- สามารถล็อกเมื่อตั้งราวขึ้นและปลดล็อกได้เมื่อต้องการพับราวลง
- มีระบบโซ้ค เพื่อความนุ่มนวล ในขณะที่พับเก็บราวด้านข้าง
- มีคุณสมบัติที่แข็งแรง ทนทาน ทนต่อการถีบหรือกระทำรุนแรงต่างๆจากผู้ป่วย

๑๖ ลิ้มณ
19 กพ 58
[Signature]

ล้อ

- มีล้อ จำนวน 4 ล้อ เพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้ายเตียง มีขนาดไม่น้อยกว่านี้
- ล้อทำด้วยพลาสติกสังเคราะห์ อย่างดีมีความแข็งแรงทนทาน
- มีระบบล้อคล้อพร้อมกันทั้ง 4 ล้อ (Central wheels lock)
- มีล้อพิเศษตรงบริเวณกลางเตียงพร้อมระบบล้อคล้อ เพื่อช่วยรับแรงกดในขณะทำการ CPR

การปรับระดับ

- ปรับระดับเตียง โดยใช้มือหมุนด้วยระบบพับเก็บ แกนหมุน สามารถปรับระดับได้ 1 ระดับ ดังนี้
 1. ปรับระดับเอนหลังขึ้นลงได้ประมาณ 0 - 75°

อุปกรณ์เสริม

1. ส่วนของเบาะ

- ทำด้วยฟองน้ำหุ้มด้วยผ้า ไกลคร่าอย่างดีป้องกันน้ำ
- สามารถซักล้างได้ง่าย พร้อมห่วงผ้าบริเวณที่จะยกหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
- มีที่รัดตัวผู้ป่วยให้ติดกับที่นอน จำนวน 2 ชุด ทั้งทางด้านบน และด้านล่างของผู้ป่วย

2. เสาเท้าเกล้อ

- เสาเท้าเกล้อ ทำด้วยโลหะอย่างดีสามารถปรับระดับสูง – ต่ำ ได้ และมีแฉก 4 แฉกสามารถปรับและพับเก็บได้

เงื่อนไขเฉพาะ

- เป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ผู้เสนอขายจะต้องมี โรงงานผลิตเป็นของตนเองและมีหลักฐานใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม มาแสดงในวันเปิดซอง
- รับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบ
- เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานหรือการสาธิตมาก่อน
- ต้องนำสินค้าตัวอย่างมาแสดงในวันเปิดซองอย่างน้อย ชุด 1
- ต้องมีหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต หรือได้รับหนังสือรับรองการแต่งตั้งจากบริษัทผู้แทนจำหน่าย และต้องมีเอกสารจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ที่ออกให้แก่บริษัทผู้เสนอขาย (อย)

๑๖ มิถุนายน
19๗๗ ๕๘-
[Signature]
[Signature]



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์

ที่ อท ๐๐๓๒.๓๘/

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ปฏิบัติราชการแทน)

ตามคำสั่งจังหวัดอ่างทองที่ ๖๒๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ แต่งตั้งข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายเป็นคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเตียงคลอดทั่วไป จำนวน ๑ เตียง ราคา ๔๕,๐๐๐.-บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) วงเงินที่ได้รับจัดสรร ๔๕,๐๐๐.-บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) และหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๐๑.๒๖/ว๐๐๒๕ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖ การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลาง และการคำนวณราคาากลาง ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้มีการให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้างซึ่งมีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างเกินกว่าหนึ่งแสนบาท ตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ให้หน่วยงานของรัฐดังกล่าวเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลาง ตามแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น วิธีการประกาศ ระยะเวลาประกาศ

คณะกรรมการ ฯ ได้ดำเนินการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเตียงคลอดทั่วไป และราคาากลางจากบริษัท ป็อบ เมตค แอนด์เทรตติ้ง จำกัด บริษัท ซิลลิคฟาร์มา จำกัด ราคา ๔๕,๐๐๐.-บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้าย และขออนุมัติใช้รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคาากลาง เพื่อมอบให้ฝ่ายพัสดุใช้ในการดำเนินการประกาศประกวดราคาซื้อ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตามเสนอ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นางสาวณัฐภรณ์ พรประเสริฐสุข)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสมจิต นวลชื่น)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสาวนวลจันทร์ เหลืองบุษราคัม)

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีชิ้นงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)


๑.	ชื่อโครงการ	ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์	
๒.	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	จังหวัดอ่างทอง (โดยโรงพยาบาลอ่างทอง)	
๓.	รายการเต็มยกรดทั้งหมด	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕,๐๐๐.-บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ✓	
๔.	วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	๔๕,๐๐๐.-บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ✓ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘	
๕.	แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	จากผู้จำหน่าย จาก	
	๑.	บริษัท ป็อบ เมติก แอนด์เทรตติ้ง จำกัด	
	๒.	บริษัท ซิลลิคฟาร์มา จำกัด	
๖.	รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง		
	๑.	นางสาวณัฐภรณ์ พรประเสริฐสุข นายแพทย์ชำนาญการ ✓	ประธานกรรมการ
	๒.	นางสมจิต นวลชื่น พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ✓	กรรมการ
	๓.	นางสาวนวลจันทร์ เหลืองบุษราคัม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ✓	กรรมการ


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเตียงทำคลอด


1. ความต้องการ

เตียงทำคลอดมีลักษณะครบตามข้อกำหนด
2. วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้สำหรับผู้ป่วยขณะคลอดบุตร เพื่อการช่วยคลอดที่ถูกต้องวิธี
3. คุณสมบัติทั่วไป
 - 3.1 ทำด้วยเหล็กไม่เป็นสนิมรวมทั้งพื้นเตียงและโครงสร้าง
 - 3.2 เตียงแบบ 2 ตอน คือส่วนลำตัวและส่วนปลายเท้า ปรับระดับได้
4. คุณสมบัติทางเทคนิค
 - 4.1 เตียงมีขนาดดังนี้
 - ความยาวไม่น้อยกว่า 72 นิ้ว
 - ความสูงจากพื้น 30 – 32 นิ้ว สูงเท่ากันตลอดความยาว (สูงไม่รวมเบาะ)
 - ความกว้างทั้งหมดระหว่าง 27 – 29 นิ้ว กว้างเท่ากันตลอดความกว้าง
 - 4.2 ส่วนลำตัว
 - 4.2.1 มีล้อ 4 ล้อ ซึ่งหมุนได้รอบโดยมีดลบลูกปืน ล้อมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4 นิ้วแต่ละล้อมีที่ล๊อคล้อ
 - 4.2.2 มีอุปกรณ์ระดับเตียงโดยใช้ฟันเฟืองให้ขึ้น-ลง ได้ทั้งทางด้านศีรษะและด้านก้น โดยยกได้สูงไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร
 - 4.2.3 ใต้เตียงบริเวณที่วางก้น มีแผ่นเหล็กไม่เป็นสนิมเลื่อนลงได้ และต้องเลื่อนออกมาให้พื้นปลายเตียง (ส่วนลำตัว) ใต้ไม่ต่ำกว่า 30 เซนติเมตร และดึงออกจากเตียงได้
 - 4.2.4 มีที่หามือคนไข้จับทั้ง 2 ข้าง ซึ่งสามารถพับเก็บได้
 - 4.2.5 มีที่กั้นเตียงด้านข้างซึ่งถอดหรือพับเก็บได้เมื่อไม่ใช้
 - 4.2.6 ทางด้านก้นมีที่สำหรับใส่และรองขาทั้ง 2 ข้าง
 - 4.2.7 มีที่รองขา 2 ข้าง มีสายรัดและสามารถพับเก็บหรือถอดได้ เลื่อนขึ้นลงได้ ปรับให้เอนได้ทุกทิศทาง
 - 4.3 ส่วนปลายเท้า
 - มีล้อ 4 ล้อ ล้อมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว แต่ละล้อมีที่ล๊อค
 - 4.4 มีเบาะรองพองน้ำหนาไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร หุ้มด้วยหนังเทียม ชนิดหนา วางบนเตียงแต่ละส่วนกว้างและยาว เท่ากับขนาดของเตียงแต่ละส่วน
5. อุปกรณ์ประกอบ
 - 5.1 ม้าขึ้นเตียงชนิด 2 ชั้น ทำด้วยเหล็กไม่เป็นสนิม บุด้านข้างด้วยยางสำหรับให้คนไข้ก้าวขึ้นเตียง จำนวน 1 ตัว
 - 5.2 เก้าอี้กลมชนิดปรับระดับได้ ปรับความสูงได้อย่างน้อยที่ระดับ 45 – 60 เซนติเมตร พื้นรองนั่งทำด้วยเหล็กไม่เป็นสนิม มีขา 4 ขา ทำด้วยเหล็กไม่เป็นสนิม หรือเหล็กหุ้ม แสตนเลส ปลายขามีล้อ 4 ล้อ สามารถเคลื่อนที่ได้
 - 5.3 มีที่รองแขนทำด้วยเหล็กไม่เป็นสนิม / เคลือบแสตนเลส สามารถถอดได้ 1 อัน
6. เงื่อนไขเฉพาะ
 - เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
 - รับประกันคุณภาพสินค้าจากการใช้งานปกติเป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันส่งมอบ

ลงชื่อ.....  ประธาน
แพทย์หญิงฉวีวรรณ พรประเสริฐสุข

ลงชื่อ.....  กรรมการ
นางสมจิต นวลชื่น

ลงชื่อ.....  กรรมการ
นางสาวนวลจันทร์ เหลืองบุศราคัม