



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์

ที่ อท ๐๐๓๒.๓๘/

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ปฏิบัติราชการแทน)

ตามคำสั่งจังหวัดอ่างทองที่ ๖๒๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ แต่งตั้งข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายเป็นคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเตียงตรวจภายในไฟฟ้า จำนวน ๔ เตียง วงเงินที่ได้รับจัดสรร เพียง ละ ๕๕,๐๐๐.-บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน ๒๒๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) และหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๐๑.๒๖/ว๐๐๒๕ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖ การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลาง และการคำนวณราคาากลาง ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้มีการให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้างซึ่งมีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างเกินกว่าหนึ่งแสนบาท ตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ให้หน่วยงานของรัฐดังกล่าวเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลางตามแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น วิธีการประกาศ ระยะเวลาประกาศ

คณะกรรมการ ฯ ได้ดำเนินการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเตียงตรวจภายในไฟฟ้า และราคาากลางจากบริษัท ป็อบ เมดิค แอนด์เทรคดิง จำกัด บริษัท ซิลลิคฟาร์มา จำกัด ราคาเตียง ละ ๕๕,๐๐๐.-บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน ๒๒๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้าย และขออนุมัติใช้รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคาากลาง เพื่อมอบให้ฝ่ายพัสดุใช้ในการดำเนินการประกาศประกวดราคาซื้อ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตามเสนอ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นางสาวณัฐภรณ์ พรประเสริฐสุข)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางนันทยา สิทธิ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางคมคาย คุ้มรัมย์)

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีใช้งานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. ชื่อโครงการ	ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์	
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	จังหวัดอ่างทอง (โดยโรงพยาบาลอ่างทอง)	
๓. รายการเดี่ยวตรวจภายในไฟฟ้า	จำนวน ๔ เดี่ยว	
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	เดี่ยวละ ๕๕,๐๐๐.-บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)	
รวมเป็นเงิน	๒๒๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)	
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	เดี่ยวละ ๕๕,๐๐๐.-บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)	
รวมเป็นเงิน	๒๒๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)	
วันที่	๒ มีนาคม ๒๕๕๘	
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จากผู้จำหน่าย จาก		
๑. บริษัท ป็อบ เมดิค แอนด์เทรตติ้ง จำกัด		
๒. บริษัท ซิลลิคฟาร์มา จำกัด		
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง		
๑. นางสาวณัฐภรณ์ พรประเสริฐสุข	นายแพทย์ชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒. นางนันทยา สิทธิ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๓. นางคมคาย ควรแย้ม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ

เตียงสูติ-นรีเวช ระบบไฟฟ้า



คุณสมบัติ

เป็นเตียงตรวจสูตินรีเวช ควบคุมการทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าปรับระดับสูง-ต่ำ สามารถปรับเปลี่ยนเป็นเก้าอี้และเตียงนอนพักหลังตรวจภายในหรือทำหัตถการได้ มีราว 2 ข้างเพื่อใช้อุปกรณ์เสริม เช่น แท้แขน และขาหยั่ง เป็นต้น

คุณสมบัติเฉพาะ (specification)

- มิติความกว้างไม่น้อยกว่า 68 cm.
- ความยาวขณะนอนราบ ไม่น้อยกว่า 200 cm
- ความสูงไม่น้อยกว่า 57 cm.
- สามารถปรับระดับได้ไม่น้อยกว่า 25 cm.
- สามารถรับน้ำหนักคนใช้ได้ไม่น้อยกว่า 150 kg.
- ปรับแผ่นหลังทั้งช่วงกลางและช่วงท้ายได้ไม่น้อยกว่า 80°
- ล้อขนาด 4" หมุนได้ 360 สามารถล็อกได้ทั้ง 4 ล้อ

อุปกรณ์เสริม

1. ราวข้างเตียงทำด้วยสแตนเลสหล่อขึ้นรูปอย่างดีไม่เป็นสนิมตลอดอายุการใช้งานและสามารถใส่แท้แขน 2 อัน และ ขาหยั่ง 2 อัน ได้




2. แท้แขน 2 อัน เพื่อวางแขนและยึดเกาะทำจากสแตนเลสพร้อมขาเสียบในร่องของปุ่มล็อก

3. ขาหยั่งสูติ มีส่วนรองรับข้อเข่า ทำด้วยสแตนเลสหุ้มด้วยหนังมีสายรัด สามารถปรับองศาได้

ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO 13485 , ISO 9001 : 008

เป็นเครื่องใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

รับประกันคุณภาพ 1 ปี

1  พ.น. - ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค
2  น. ทักษิณา สวัสดิ์
3  บ.ฟ.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์

ที่ อท ๐๐๓๒.๓๘/

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ปฏิบัติราชการแทน)

ตามคำสั่งจังหวัดอ่างทองที่ ๖๒๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ แต่งตั้ง
ข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายเป็นคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ

๑. เตียงผู้ป่วยชนิดสามโกปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนกพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ
จำนวน ๑๐ เตียง ๆ ละ ๕๕,๐๐๐.-บาท เป็นเงิน ๕๕๐,๐๐๐.-บาท
๒. เตียงผู้ป่วยชนิดสามโกราวสไลด์พร้อมเบาะเสาน้ำเกลือ ตู้ข้างเตียง
จำนวน ๑๐ เตียง ๆ ละ ๓๕,๐๐๐.-บาท เป็นเงิน ๓๕๐,๐๐๐.-บาท

และหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๐๑.๒๖/ว๐๐๒๕ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖ การเปิดเผยข้อมูล
รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลาง และการคำนวณราคาากลาง ในกรณีที่หน่วยงานของ
รัฐได้มีการให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้างซึ่งมีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างเกินกว่าหนึ่งแสนบาท ตั้งแต่
วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ให้หน่วยงานของรัฐดังกล่าวเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลางตามแบบตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น วิธีการประกาศ ระยะเวลาประกาศ

คณะกรรมการ ฯ ได้ดำเนินการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ

๑. เตียงผู้ป่วยชนิดสามโกปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนกพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ
จำนวน ๑๐ เตียง ๆ ละ ๕๕,๐๐๐.-บาท เป็นเงิน ๕๕๐,๐๐๐.-บาท
๒. เตียงผู้ป่วยชนิดสามโกราวสไลด์พร้อมเบาะเสาน้ำเกลือ ตู้ข้างเตียง
จำนวน ๑๐ เตียง ๆ ละ ๓๕,๐๐๐.-บาท เป็นเงิน ๓๕๐,๐๐๐.-บาท

และราคาากลางจากบริษัท ป็อบ เมดิค แอนด์ เทรตติ้ง จำกัด บริษัท ซิลลิคฟาร์มา จำกัด ตามรายละเอียด
แนบท้าย และขออนุมัติใช้รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคาากลาง เพื่อมอบให้ฝ่ายพัสดุใช้ในการ
ดำเนินการประกาศประกวดราคาซื้อ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตามเสนอ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นางสาวอิชฎางค์ สุหนต์)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสมคิด อมรเมตตาจิต)

(ลงชื่อ)

กรรมการ



(นางอารีญา สุพรรณติ)

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีใช้งานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. ชื่อโครงการ ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์			
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดอ่างทอง (โดยโรงพยาบาลอ่างทอง)			
๓. รายการ			
๑.	เตียงผู้ป่วยชนิดสามโกปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนกพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ	✓	
	จำนวน ๑๐ เตียง ๆ ละ ๕๕,๐๐๐.-บาท เป็นเงิน ๕๕๐,๐๐๐.-บาท	-	
๒.	เตียงผู้ป่วยชนิดสามโกราวสไลด์พร้อมเบาะเสาน้ำเกลือ ตู้ข้างเตียง	✓	
	จำนวน ๑๐ เตียง ๆ ละ ๓๕,๐๐๐.-บาท เป็นเงิน ๓๕๐,๐๐๐.-บาท	-	
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร			
๔. วันที่กำหนดราคากลาง			
๑.	เตียงผู้ป่วยชนิดสามโกปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนกพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ	✓	
	จำนวน ๑๐ เตียง ๆ ละ ๕๕,๐๐๐.-บาท เป็นเงิน ๕๕๐,๐๐๐.-บาท	-	
๒.	เตียงผู้ป่วยชนิดสามโกราวสไลด์พร้อมเบาะเสาน้ำเกลือ ตู้ข้างเตียง	✓	
	จำนวน ๑๐ เตียง ๆ ละ ๓๕,๐๐๐.-บาท เป็นเงิน ๓๕๐,๐๐๐.-บาท	-	
วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘			
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จากผู้จำหน่าย จาก			
๑.	บริษัท ป็อบ เมติก แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด		
๒.	บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด		
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง			
๑.	นางสาวอัญญา ศุหนต์ ✓	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒.	นางสมคิด อมรเมตตาจิต ✓	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๓.	นางอารีญา สุพรรณดี ✓	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ

เตียงผู้ป่วยชนิดสามเอนก ระบบไฟฟ้า ราวปีกนก
พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ



คุณสมบัติทั่วไป

- 1.เตียงมีราวเป็น ABS ปรับขึ้น-ลง ได้
- 2.พนักเตียงเป็นเหล็ก แข็งแรง มีขอบ
- 3.หัวเตียง ท้ายเตียง เป็น ABS paramount style

Handwritten signatures and initials.

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เตียงผู้ป่วย ไฟฟ้าชนิดรวก้นเตียงแบบปีกนก

โครงสร้างของเตียง

- โครงสร้างของตัวเตียงผลิตจากเหล็กคุณภาพสูงเคลือบสี ตัวเตียงมีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 220 เซนติเมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า 107 เซนติเมตร ด้านหัวเตียงและท้ายเตียงมีที่สำหรับใส่เสาน้ำเกลือทั้งด้านซ้ายและด้านขวารวม 6 จุด

ส่วนรองรับตัวคนไข้

- พื้นเตียงมีขนาด กว้าง X ยาว ไม่น้อยกว่า 194 X 89 cm. โดยทำจากแผ่นเหล็กปั๊มขึ้นรูปขนาดกว้าง X ยาว ไม่น้อยกว่า 16 X 89 cm. จำนวนไม่น้อยกว่า 10 แผ่นซึ่งแบ่งเป็น 4 ตอนตามสรีระของผู้ใช้ โดยแต่ละตอนมีที่ครอบขอบเตียงทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูปเพื่อแบ่งเตียงออกเป็น 4 ตอน จากหัวไปท้ายตามลำดับ
- ส่วนบนของแผ่นเหล็กมีช่องระบายอากาศทุกแผ่นไม่น้อยกว่าแผ่นละ 10 ช่องรวมจำนวนทั้งหมดไม่น้อยกว่า 100 ช่อง เพื่อช่วยให้มีการระบายอากาศที่ดี
- สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 200 กิโลกรัม

หัวเตียง และปลายเตียง

- หัวเตียงและปลายเตียงเป็นลักษณะแบบ Paramount Style ทำจาก โพลีเอธิลีนฉีดขึ้นรูปสามารถถอดเข้า – ออกได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วยและ เมื่อเทียบหัวเตียงและท้ายเตียงเข้ากับตัวเตียงแล้ว หัวเตียงมีความสูงไม่น้อยกว่า 34 cm. และท้ายเตียงมีความสูงไม่น้อยกว่า 23 cm. โดยวัดจากพื้นเบาะ

ราวข้างเตียง



- เป็นราวก้นขอบเตียง แบบสี่ชั้น แบบพับเก็บได้เตียงได้ ทำด้วย โพลีเอธิลีนฉีดขึ้นรูป

ล้อ

- ล้อทั้ง 4 ล้อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5” ทำด้วยโลหะอย่างดี ล้อทำด้วยยางสังเคราะห์ อย่างดีมีความแข็งแรงทนทาน พร้อมระบบล็อกล้อพร้อมกัน 4 ล้อ (Central Lock) เป็นระบบแกนเหยียบเท้าขึ้นเดียว บริเวณปลายเตียง

การปรับระดับ

- ปรับระดับเตียง โดยระบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรลและมีแบตเตอรี่สำรองสามารถใช้งานได้ในกรณีไฟดับได้น้อยกว่า 1 ชม. ในการปรับระดับ สามารถปรับระดับเตียงได้ 3 ระดับ ดังนี้

1. ปรับระดับเอนหลังขึ้นลงได้ประมาณ 0 - 75°
2. ปรับระดับต้นขาถึงปลายเท้าขึ้นลงได้ประมาณ 0 - 40°
3. ปรับระดับสูงต่ำขึ้นลงได้ 45-72 ซม.จากพื้น

ส่วนของเบาะ

- ชั้นถ่างทำด้วยใยมะพร้าวส่วนชั้นบน ทำด้วยฟองน้ำอย่างดี รวมความหนาประมาณ 3 นิ้ว หุ้มด้วยหนัง มีความนุ่มนอบสบาย แต่ในขณะที่เดียวกันก็ไม่ทำให้ปวดเมื่อยสรีระแบ่งเป็น 4 ตอน ตามขนาดของเตียง เบาะมีชิปสามารถเปลี่ยนแผ่นใยและผ้าคลุมได้หากมีการชำรุด

เสาน้ำเกลือ


- เสาน้ำเกลือ ทำด้วยโลหะอย่างดี มี 4 แฉก สามารถปรับระดับสูง – ต่ำ ได้

มอเตอร์


- มอเตอร์ควบคุมการทำงานมีมาตรฐาน CE ป้องกันน้ำได้สามารถใช้กับไฟฟ้าบ้านขนาด 220 V. และมีเบคเตอร์รีสำรอง สามารถใช้งานได้ เมื่อเกิดไฟฟ้าดับ

เงื่อนไขเฉพาะ

- เป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ผู้เสนอขายจะต้องมีโรงงานผลิตเป็นของตนเองและมีหลักฐานใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม มาแสดงในวันเปิดซอง
- รับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปีนับตั้งแต่วันส่งมอบ
- เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานหรือการสาธิตมาก่อน
- ต้องนำสินค้าตัวอย่างมาแสดงในวันเปิดซองอย่างน้อย ชุด 1
- ต้องมีหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต หรือได้รับหนังสือรับรองการแต่งตั้งจากบริษัทผู้แทนจำหน่าย และต้องมีเอกสารจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เสนอขายที่ออกให้แก่บริษัทผู้ (อย)



เตียงผู้ป่วยชนิดสามเอนก ระบบมือหมุน พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ



[Handwritten signature]
Dr. A

[Handwritten signature]
Dr. B

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เตียงผู้ป่วย 3 ใก (ราวสไลด์)

โครงสร้างของเตียง

- โครงสร้างของตัวเตียงผลิตจากเหล็กคุณภาพสูงเคลือบสี ตัวเตียงมีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 210 เซนติเมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า 97 เซนติเมตร ด้านหัวเตียงและท้ายเตียงมีที่สำหรับใส่เสาน้ำเกลือทั้งด้านซ้ายและด้านขวารวม 4 จุด

ส่วนรองรับตัวคนไข้

- พื้นเตียงมีขนาด กว้าง X ยาว ไม่น้อยกว่า 194 X 89 cm. โดยทำจากแผ่นเหล็กปั๊มขึ้นรูปขนาดกว้าง X ยาว ไม่น้อยกว่า 16 X 89 cm. จำนวนไม่น้อยกว่า 10 แผ่นซึ่งแบ่งเป็น 4 ตอน ตามสรีระของผู้ใช้ โดยแต่ละตอนมีที่ครอบขอบเตียงทำจากพลาสติกฉีดขึ้นรูปเพื่อแบ่งเตียงออกเป็น 4 ตอน จากหัวไปท้ายตามลำดับ
- ส่วนบนของแผ่นเหล็กมีช่องระบายอากาศทุกแผ่นไม่น้อยกว่าแผ่นละ 10 ช่องรวมจำนวนทั้งหมดไม่น้อยกว่า 100 ช่อง เพื่อช่วยให้มีการระบายอากาศที่ดี
- สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 200 กิโลกรัม

หัวเตียง และปลายเตียง

- หัวเตียงและปลายเตียงทำจาก โพลีเอธิลีนฉีดขึ้นรูป สามารถถอดเข้า—ออกได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วยและ เมื่อเสียบหัวเตียงและท้ายเตียงเข้ากับตัวเตียงแล้ว หัวเตียงมีความสูงไม่น้อยกว่า 30 cm. และท้ายเตียงมีความสูงไม่น้อยกว่า 20 cm. โดยวัดจากพื้นเบา

ราวข้างเตียง

- เป็นราวเหล็กเคลือบสีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 170 เซนติเมตรสูงไม่น้อยกว่า 30 cm. โดยวัดจากพื้นเบาถึงขอบบนสุดของราวกันเตียงลักษณะเป็นเหล็กยาวขนานกับตัวเตียงจำนวนไม่น้อยกว่า 3 เส้น มีปุ่มล็อกเมื่อตั้งราวขึ้น และปลดล็อกเมื่อต้องการพับราวลง

ล้อ

- มีล้อ จำนวน 4 ล้อ เพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้าย ล้อทั้ง 4 ล้อ มีขนาดไม่น้อยกว่า 4” พร้อมระบบล็อกล้อ 4 ล้อ ทำด้วยเหล็กกล้าชุบโครเมียมอย่างดีจาก ยางหุ้มล้อทำด้วยยางสังเคราะห์อย่างดี มีความแข็งแรง

การปรับระดับ

- ปรับระดับเตียง โดยใช้ไกหมุน (ไกทำจากโลหะอย่างดี สามารถพับเก็บได้) ปรับระดับได้ 3 ระดับ ดังนี้
 1. ปรับระดับเอนหลังขึ้นลงได้ประมาณ 0 - 75°
 2. ปรับระดับต้นขาถึงปลายเท้าขึ้นลงได้ประมาณ 0 - 40°
 3. ปรับระดับสูงต่ำขึ้นลงได้ 45-74 ซม.จากพื้น
 4. มีองศาขยับออกระดับการปรับเอนทั้งส่วนบนและส่วนล่าง

ส่วนของเบาะ

- ชั้นล่างทำด้วยใยมะพร้าวส่วนชั้นบน ทำด้วยฟองน้ำอย่างดี รวมความหนาประมาณ 4 นิ้ว หุ้มด้วยหนัง มีความนุ่มนอนสบาย แต่ในขณะที่เดียวกันก็ไม่ทำให้ปวดเมื่อยสรีระแบ่งเป็น 4 ตอน ตามขนาดของเตียง เบาะมีชิปสามารถเปลี่ยนแผ่นใยและผ้าคลุมได้หากมีการชำรุด

เสาน้ำเกลือ

- เสาน้ำเกลือ ทำด้วยโลหะอย่างดี มี 4 แฉก สามารถปรับระดับสูง – ต่ำ ได้

เงื่อนไขเฉพาะ

- เป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ผู้เสนอขายจะต้องมีโรงงานผลิตเป็นของตนเองและมีหลักฐานใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม มาแสดงในวันเปิดซอง
- รับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปีนับตั้งแต่วันส่งมอบ
- เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานหรือการสาธิตมาก่อน
- ต้องนำสินค้าตัวอย่างมาแสดงในวันเปิดซองอย่างน้อย ชุด 1
- ต้องมีหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต หรือได้รับหนังสือรับรองการแต่งตั้งจากบริษัทผู้แทนจำหน่าย และต้องมีเอกสารจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ที่ออกให้แก่บริษัทผู้เสนอขาย (.อย)

