



บันทึกข้อความ

10

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ อท 0032.38/ วันที่

เรื่อง รายงานการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลางครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง ปฏิบัติราชการแทน)

ตามคำสั่งจังหวัดอ่างทองที่ ๒๕๒๖/2560 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 แต่งตั้ง

ข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายเป็นคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลางครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการหม้อแช่พาราฟิน จำนวน 1 เครื่อง วงเงินที่ได้รับจัดสรร 54,000.- บาท
(ห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) และหนังสือสำนักงาน ป.ช. ที่ ปช 0001.26/ว0025 ลงวันที่ 4 กันยายน
2556 การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคา
กลาง ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้มีการให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้างซึ่งมีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง
เกินกว่าหนึ่งแสนบาท ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป ให้หน่วยงานของรัฐดังกล่าวเปิดเผย
ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางตามแบบ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น
วิธีการประกาศ ระยะเวลาประกาศ

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลางหม้อแช่พาราฟิน
ได้ดำเนินการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ และราคากลางหม้อแช่พาราฟิน จาก


1. บริษัท ยูแพม คลินิก จำกัด
2. บริษัท สุพรีมเทรตติ้ง 2000 จำกัด
3. บริษัท มอรัล เทรตติ้ง จำกัด
4. บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล อีควิปเมนท์ จำกัด

เป็นจำนวนเงิน 54,000.- บาท (ห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้าย และขออนุมัติใช้
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง เพื่อมอบให้ฝ่ายพัสดุใช้ในการดำเนินการวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ e - bidding ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตามเสนอ

(ลงชื่อ) 
(นางฐิติจิตต์ พรหมยม)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) 
(นางนุชรี แดงอร่าม)

กรรมการ

(ลงชื่อ) 
(นายสุวพิชญ์ นุชสมบูรณ์)

กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

1. ชื่อโครงการ ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดอ่างทอง (โดยโรงพยาบาลอ่างทอง)
3. รายการหม้อแช่พาราฟิน ✓
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 54,000.- บาท (ห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 54,000.- บาท (ห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
วันที่ สิงหาคม 2560
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จากผู้จำหน่าย จาก
 1. บริษัท ยูแพม คลินิก จำกัด
 2. บริษัท สุพรีมเทรดดิ้ง 2000 จำกัด ✓
 3. บริษัท มอรัล เทรดดิ้ง จำกัด
 4. บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล อีควิปเมนท์ จำกัด
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

1. นางฐิติจิตต์ พรหมยม	นักกายภาพบำบัดชำนาญการ	ประธานกรรมการ
2. นางนุชรี แดงอร่าม	นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ	กรรมการ
3. นายสุวิชัย นุชสมบูรณ์	ช่างกายอุปกรณ์ชำนาญงาน	กรรมการ

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ หม้อแช่พาราฟิน

1. ความต้องการ พาราฟิน
2. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน เพื่อใช้สำหรับแช่มือและเท้าเพื่อทำให้กล้ามเนื้อและเส้นเอ็นอ่อนตัวลงหรือทำให้แผลเป็นที่แข็งนึ่มลงทำให้สามารถดัดนิ้วมือและนิ้วเท้าของผู้ป่วยได้ง่ายขึ้น
3. คุณสมบัติทั่วไป เป็นหม้อสำหรับพาราฟินเพื่อใช้สำหรับแช่มือและเท้า
4. คุณสมบัติทางเทคนิค
 - 4.1 เป็นหม้อทำด้วยพลาสติกอย่างดีทั้งชั้นในและชั้นนอก มีความคงทนแข็งแรง มีฝาเปิดปิด
 - 4.2 สามารถบรรจุพาราฟินได้ 8 ปอนด์พร้อมไซพาราฟิน
 - 4.3 ควบคุมการทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ สามารถทำอุณหภูมิได้ในช่วง 52-56 องศา
 - 4.4 ใช้กับไฟฟ้า 220 โวลท์ 50/60 เฮิร์ตซ์
5. เงื่อนไขเฉพาะ
 - 5.1 เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
 - 5.2 รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี พร้อมบริการอะไหล่โดยไม่คิดมูลค่า
 - 5.3 รับประกันการซ่อมเร็ว 1 ปี โดยมีเครื่องสำรองให้ใช้ระหว่างการซ่อม
 - 5.4 มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 1 ชุด



สุวิทย์ หนองบัว

