

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องปั่นตกตะกอนสำหรับงานธนาคารเลือด(Serofuge)

1. ความต้องการ เครื่องปั่นตกตะกอนสำหรับงานธนาคารเลือด(Serofuge)
2. วัตถุประสงค์ของการใช้งาน เป็นเครื่องปั่นตกตะกอนสำหรับงานธนาคารเลือด(Serofuge)
3. คุณสมบัติทั่วไป
 - 3.1. เป็นเครื่องปั่นตกตะกอนสำหรับงานธนาคารเลือด(Serofuge)
 - 3.2. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50-60 เฮิร์ตซ์
4. คุณสมบัติทางเทคนิค
 - 4.1. เป็นเครื่องปั่นตกตะกอนสำหรับงานธนาคารเลือด เพื่อปั่นอ่านปฏิกิริยาและปั่นล้างเซลล์
 - 4.2. ความเร็วในการปั่นสูงสุดไม่น้อยกว่า 3,400 รอบต่อนาที และมีแรงเหวี่ยงสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,035 xg
 - 4.3. มอเตอร์เป็นชนิดไร้แปรงถ่าน
 - 4.4. สามารถปรับตั้งความเร็วรอบได้
 - 4.5. สามารถปรับตั้งเวลาในการปั่นได้
 - 4.6. สามารถตั้งและบันทึกโปรแกรมการทำงานได้
 - 4.7. มีหน้าจอแสดงความเร็วรอบและเวลาในขณะที่เครื่องทำงาน
 - 4.8. มีหัวปั่นสำหรับหลอดทดลองขนาด 10x75 มม., 12x75 มม. และ 13x75 มม. ได้จำนวน 12 หลอด
 - 4.9. สามารถถอดหัว Rotor ออกได้ง่ายเพื่อสะดวกขึ้นตอนการล้าง ซึ่งในแต่ละช่องของหัวปั่นที่บรรจุหลอดปั่น ภายในจะมีตัวล็อกหลอดไม่ให้หลุดเมื่อเทหัวปั่นคว่ำลง
 - 4.10. ตัวเครื่องทำจากโลหะป้องกันสนิม
 - 4.11. มีระบบความปลอดภัย โดยฝาล็อกอัตโนมัติขณะเครื่องทำงานและมีระบบตรวจสอบความไม่สมดุลของการปั่น
 - 4.12. ฝาปิดห้องปั่นทำจากวัสดุอะคริลิกชนิดโปร่งแสง สามารถมองเห็นการทำงานของหัวปั่นขณะทำงานได้และเพื่อใช้ในการทดสอบความเร็วรอบในการปั่นได้
 - 4.13. มีปุ่ม brake และ stop บนแกนร่วมเดียวกัน อยู่ทางด้านหน้าของตัวเครื่องเพื่อสะดวกต่อการใช้งาน
 - 4.14. มีสัญญาณเสียงเตือนดังเมื่อระยะเวลาในการปั่นครบกำหนด

เงื่อนไขเฉพาะ

1. รับประกันคุณภาพเป็นเวลา 1 ปี
2. บริษัทฯ ต้องมีผู้ชำนาญที่ได้รับการอบรมโดยตรงจากโรงงานประเทศผู้ผลิต และมีใบรับรองผ่านการอบรมจากผู้ผลิต เพื่อประโยชน์กับทางราชการในการให้บริการและอะไหล่หลังการขาย
3. ส่งมอบพร้อมอบรมการใช้งานแก่เจ้าหน้าที่ฯ จนสามารถปฏิบัติงานได้ดี
4. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 1 ชุด
5. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน พร้อมเอกสารยืนยัน
6. เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต พร้อมเอกสารยืนยัน
7. มีเอกสารรับรองการสำรองอะไหล่ 5 ปี จากประเทศผู้ผลิต
8. บริษัทฯ ที่เสนอขายต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน พร้อมเอกสารยืนยัน
9. บริษัทฯ ที่เสนอขายต้องได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการสอบเทียบพร้อมเอกสารยืนยัน

.....
นายศิลาชัย รวยลาภ
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ

.....
นางธนวรรณ เอมรัฐ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

.....
นางสาวเบญจมาภรณ์ คุณสนธิ
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ