



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและรากคากกลางเครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจ ระบบวีดิทัศน์ รุ่นมาตรฐานประกอบด้วย อุปกรณ์ส่องตรวจ (blade) ไม่น้อยกว่า ๑ อัน การส่องตรวจทางเดินหายใจในของจากจกภาพแสดงผล จกภาพที่ใช้ร่วมมีขนาดไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว เคลื่อนย้ายได้่ายน้ำหนักเบา สามารถเก็บบันทึกภาพเพื่อใช้เป็นข้อมูลและใช้ในการเรียน การสอนได้

ที่ อท ๐๐๓๒.๓๔/

วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและรากคากกลางเครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจ ระบบวีดิทัศน์ ๑

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ปฏิบัติราชการแทน)

ตามคำสั่งจังหวัดอ่างทอง ที่...๘๙๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

แต่งตั้งข้าพเจ้า ผู้มีนามข้างห้ายเป็นคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและรากคากกลาง คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและรากคากกลางเครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจ ระบบวีดิทัศน์ รุ่น มาตรฐานประกอบด้วย อุปกรณ์ส่องตรวจ (blade) ไม่น้อยกว่า ๑ อัน การส่องตรวจทางเดินหายใจในของจาก จกภาพแสดงผล จกภาพที่ใช้ร่วมมีขนาดไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว เคลื่อนย้ายได้่ายน้ำหนักเบาสามารถเก็บบันทึกภาพเพื่อ ใช้เป็นข้อมูลและใช้ในการเรียน การสอนได้ จำนวน ๑ ชุด เงินกู้เพื่อแก้ปัญหา เยี่ยวยา และพื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคม ที่ได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (เบื้องต้น) รายการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง และเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ ในการซื้อหรือจ้างที่มิใช่การจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง คณะกรรมการขึ้นมาคนละหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขต ของงานหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา คัดเลือกข้อเสนอด้วย

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและรากคากกลางเครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจ ระบบวีดิทัศน์ รุ่น มาตรฐาน ประกอบด้วย อุปกรณ์ส่องตรวจ (blade) ไม่น้อยกว่า ๑ อัน การส่องตรวจทางเดินหายใจในของจาก จกภาพแสดงผล จกภาพที่ใช้ร่วมมีขนาดไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว เคลื่อนย้ายได้่ายน้ำหนักเบาสามารถเก็บบันทึกภาพเพื่อ ใช้เป็นข้อมูลและใช้ในการเรียน การสอนได้ ได้ดำเนินการกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะและรากคากกลางเครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจ ระบบวีดิทัศน์ ๑ จำนวน ๑ ชุด จากการสืบ ราชการจากท้องตลาด ราคาชุดละ ๕๕๐,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ไม่ใกล้เคียงยึดห้อโดยท้องหนึ่ง หรือ ของผู้ขายรายได้รายหนึ่ง และมีผลิตภัณฑ์ ไม่น้อยกว่า ๓ ปีห้อ และไม่เป็นการแบ่งชื้อแบ่งจ้าง และขออนุมัติใช้ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและรากคากกลางเครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจ ระบบวีดิทัศน์ ๑ เพื่อส่งมอบให้ กลุ่มงานพัสดุดำเนินการจัดซื้อ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตามเสนอ



(นางสาวปัญชลี พุทธิเดช)

นายแพทย์ชำนาญการ



(นางจินตนา ตังตี้)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ



(นางอากรณ์ ใจจนบัวร)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการซื้อจัดซื้อจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง

แบบ บก. ๐๖

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

การซื้อจัดซื้อจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ เครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดิทัศน์ รุ่นมาตรฐาน ประกอบด้วย อุปกรณ์ส่องตรวจ (blade) ไม่น้อยกว่า ๑ อัน การส่องตรวจทางเดินหายใจมองจากภาพแสดงผล จอภาพที่ใช้ร่วมมีขนาดไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว เคลื่อนย้ายได้ง่ายน้ำหนักเบาสามารถเก็บบันทึกภาพเพื่อใช้เป็นข้อมูลและการเรียน การสอนได้ จำนวน ๑ ชุด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดอ่างทอง (โดยโรงพยาบาลอ่างทอง)
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๕๕๐,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ราคาชุดละ ๕๕๐,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) “ราคากลาง” หมายความว่า ราคาเพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถซื้อจัดซื้อจัดซื้อได้จริงตามลำดับ ดังต่อไปนี้
  - (๑) ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
  - (๒) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ
  - (๓) ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด
  - (๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากห้องทดลอง
  - (๕) ราคาที่เคยซื้อหรือซื้อจัดซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
  - (๖) ราคากลาง (๑)(๒)(๓) ดังกล่าวข้างต้น ไม่มี คณะกรรมการฯ จึงขอใช้ราคากลาง (๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากห้องทดลอง ดังนี้
    ๑. บริษัท ชี.อาร์.เอ็ม.แอลท์แคร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
    ๒. บริษัท เอ็นได ชัพพลาย จำกัด
    ๓. บริษัท พี.เมด จำกัด
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
๗. นางสาวปัญชรี ฤทธิเดช นายแพทย์ชำนาญการ ประธานกรรมการ
๘. นางจินตนา ตีดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กรรมการ
๙. นางอากรรณ โรจนบวร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ