

๔

รายละเอียดกล้องส่องตรวจทางเดินหายใจ ชนิดโค้งอได้ ชนิดวีดีทัศน์  
พร้อมอุปกรณ์แสดงผลที่จอภาพ เพื่อช่วยในการตรวจทางเดินหายใจและใส่ท่อหายใจ

๑. ความต้องการ : กล้องส่องตรวจทางเดินหายใจ ชนิดโค้งอได้ ชนิดวีดีทัศน์ พร้อมอุปกรณ์แสดงผลที่จอภาพ  
เพื่อช่วยในการตรวจทางเดินหายใจและใส่ท่อหายใจ จำนวน ๑ เครื่อง

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน : สำหรับตรวจทางเดินหายใจ  
ใช้ในการใส่ท่อช่วยหายใจ ในผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจยาก

### ๓. คุณสมบัติทั่วไป

- ๓.๑ เป็นเครื่องมือส่องตรวจทางเดินหายใจและช่วยใส่ท่อช่วยหายใจชนิดโค้งอได้
- ๓.๒ สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก
- ๓.๓ สามารถแสดงผลที่จอภาพและเก็บภาพนิ่งได้
- ๓.๔ Lens รับภาพและหลอดไฟอยู่ที่ปลายกล้อง
- ๓.๕ สามารถแขวนน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อทำความสะอาดได้
- ๓.๖ สามารถพิมพ์ภาพที่ส่องตรวจออกทาง printer ได้

### ๔. คุณสมบัติทางเทคนิค

#### ๔.๑ ระบบเลนส์

- ๔.๑.๑ ทิศทางการมองภาพจากด้านปลายตรงออกไป
- ๔.๑.๒ เห็นภาพได้ชัดไก่ลสุดไม่น้อยกว่า ๓ ม.ม. และระยะใกล้สุดไม่เกิน ๕๐ ม.ม.
- ๔.๑.๓ มี CMOS Camera Lens รับภาพอยู่ปลายกล้อง ทำให้ได้สัญญาณภาพที่แม่นยำจริง
- ๔.๑.๔ มีระบบ Anti-Fog

#### ๔.๒ ส่วนปลาย

- ๔.๒.๑ เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกไม่น้อยกว่า ๕.๒ ม.ม.
- ๔.๒.๒ มีหลอดไฟ LED ให้ความสว่างติดตั้งอยู่ที่ส่วนปลายกล้องและลดการเกิดหมอกที่หน้าเลนส์
- ๔.๒.๓ มีช่องสำหรับใส่เครื่องมือขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๒ ม.ม.

#### ๔.๓ ส่วนที่咬ได้

- ๔.๓.๑ ปรับมุมได้ ๒ ทิศทาง
- ๔.๓.๒ ปรับงอขึ้นได้ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ องศา
- ๔.๓.๓ ปรับงอลงได้ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ องศา

#### ๔.๔ ส่วนที่ใช้งาน

- ๔.๔.๑ ความยาวของส่วนที่ใช้งานไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ม.ม.
- ๔.๔.๒ สามารถล้างน้ำทำความสะอาดได้

ลงชื่อ .....  ประธานกรรมการ

ลงชื่อ .....  กรรมการ

ลงชื่อ .....  กรรมการ

#### ๔.๕ ส่วนจอแสดงภาพ

๔.๕.๑ เป็นจอแสดงภาพชนิดหน้าติดตั้งอยู่ด้านบนของตัวกล้องที่สามารถถอดออกได้ ชนิด medical grade ขนาดไม่น้อยกว่า ๓.๕ นิ้ว ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๖๔๐X๔๘๐ resolution มีระบบ Quick Handling เพื่อช่วยในการล็อกหัวกล้องกับหน้าจอเข้าด้วยกันแบบรวดเร็ว และจะแสดงภาพ medical grade ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ นิ้ว ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๒๘๐X๗๒๐ resolution พرو้อมรรถเข็น สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก

๔.๕.๒ ให้พลังงานโดยใช้แบตเตอรี่ Lithium battery

๔.๕.๓ สามารถจัดเก็บภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได้

๔.๕.๔ สามารถปรับสมดุลแสงสีขาวได้

๔.๕.๕ สามารถหยุดภาพได้ขณะทำการตรวจ

๔.๕.๖ สามารถต่อสัญญาณภาพแบบ HDMI ต่ออุปกรณ์ที่สองได้

#### ๔.๖ อุปกรณ์ประกอบ

๔.๖.๑ กระเบ้าสำหรับเก็บเครื่องมือ	๑ ใบ
๔.๖.๒ อุปกรณ์ล้างทำความสะอาด	๑ ชุด
๔.๖.๓ รถเข็นสำหรับขนย้ายจากโรงงานผู้ผลิต	๑ คัน
๔.๖.๔ หน้าจอแสดงภาพพร้อมรรถเข็นขนาด ไม่น้อยกว่า ๒๗ นิ้ว	๑ เครื่อง
๔.๖.๕ คอมพิวเตอร์และปรินเตอร์พร้อมโต๊ะคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ	๑ ชุด
๔.๖.๖ ที่แขวนล้างกล้อง	๑ ชุด
๔.๖.๗ ปากคีบสำหรับคีบชิ้นเนื้อผ่านกล่องส่องตรวจอย่างน้อย	๒ เส้น

#### ๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ รับประกันคุณภาพอย่างน้อย ๓ ปี

๕.๒ มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ๑ ชุด

๕.๓ ผู้เสนอราคายังต้องมีบริการและการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิต

๕.๔ ผู้เสนอราคายังต้องมีหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์ในการนำเข้าเครื่องมือแพทย์และใบรับรองสถานประกอบการผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

๕.๕ เครื่องมือต้องผ่านการทดสอบใช้จากแพทย์ในโรงพยาบาลอย่างท่อง

ลงชื่อ .......... ประธานกรรมการ

ลงชื่อ .......... กรรมการ

ลงชื่อ .......... กรรมการ