



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องฉายแสงอัลตราไวโอเล็ต
ที่ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ปฏิบัติราชการแทน)

ตามคำสั่งจังหวัดอ่างทองที่ ๒๘๓๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ แต่งตั้งนายอุดมศักดิ์ วงศ์ปารมี , นางจรวพร นิมฉวี , นางสาวแสงเดือน จันทร์เพ็ญ เป็นคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องฉายแสงอัลตราไวโอเล็ต และได้ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) งบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑ ราย รายการที่ ๑ เครื่องฉายแสงอัลตราไวโอเล็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ จำนวนวันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ จำนวน ๓ วัน วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นั้น

ในการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) งบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑ รายการ รายการที่ ๑ เครื่องฉายแสงอัลตราไวโอเล็ต จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๑,๔๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) จังหวัดอ่างทอง โดยโรงพยาบาลอ่างทองได้ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารเพื่อให้สาธารณสุขเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ปรากฏว่าบริษัท เบคไทยกรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด ได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง วิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๑ รายการ มีข้อวิจารณ์ในประเด็น ดังนี้

ลำดับ	ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา ฯ โรงพยาบาลอ่างทอง	ผู้วิจารณ์ร่างประกาศและเอกสาร ประกวดราคา ฯ
๑.	๓. คุณลักษณะทั่วไป ๓.๒ ใช้กับกระแสไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ ๓๐ แอมป์	ข้อเสนอแนะ : ควรแก้ไขเป็น “ใช้กับกระแสไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ ๓๐ แอมป์ หรือระบบไฟฟ้าสามเฟด
๒.	๔. คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค ๔.๑ เป็นเครื่องฉายแสงชนิด Narrow Band UVB ที่มีความยาวคลื่น ๓๑๑ นาโนเมตร หลอดขนาด ๑๐๐ w จำนวน ๔๘ หลอด	ข้อเสนอแนะ : ควรแก้ไขเป็น “เป็นเครื่องฉายแสงชนิด Narrow Band UVB ที่มีความยาวคลื่น ๓๑๑ นาโนเมตร หลอดขนาด ๑๐๐ w จำนวนไม่น้อยกว่า ๔๔ หลอด”
๓.	๔.๔ มีล้อสามารถเคลื่อนย้ายได้	ข้อเสนอแนะ : ควรแก้ไขเป็น “มีล้อหรือถอดประกอบเพื่อเคลื่อนย้ายได้”
๔.	๔.๕ มีจอแสดงผลแบบ LCD แบบมีปุ่มกด และมีระบบคอมพิวเตอร์สามารถตั้งห่างออกมาจากตัวเครื่องได้	ข้อเสนอแนะ : ควรแก้ไขเป็น “มีจอแสดงผลแบบ LCD แบบมีปุ่มกดหรือแบบจอสัมผัส (Touchscreen) และมีระบบคอมพิวเตอร์สามารถตั้งห่างออกมาจากตัวเครื่องได้”

/ ๒. ๑. คุณลักษณะเฉพาะ...

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องฉายแสงอัลตราไวโอเล็ต มีมติปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเครื่องฉายแสงอัลตราไวโอเล็ต ตามข้อวิจารณ์ รายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา ฯ โรงพยาบาลอ่างทอง	ผู้วิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา ฯ	มติคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
๑.	๓. คุณลักษณะทั่วไป ๓.๒ ใช้กับกระแสไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ ๓๐ แอมป์	ข้อเสนอแนะ : ควรแก้ไขเป็น “ใช้กับกระแสไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ ๓๐ แอมป์ หรือระบบไฟฟ้าสามเฟต	มติปรับปรุง
๒.	๔. คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค ๔.๑ เป็นเครื่องฉายแสงชนิด Narrow Band UVB ที่มีความยาวคลื่น ๓๑๑ นาโนเมตร หลอดขนาด ๑๐๐ w จำนวน ๔๘ หลอด	ข้อเสนอแนะ : ควรแก้ไขเป็น “เป็นเครื่องฉายแสงชนิด Narrow Band UVB ที่มีความยาวคลื่น ๓๑๑ นาโนเมตร หลอดขนาด ๑๐๐ w จำนวนไม่น้อยกว่า ๔๔ หลอด”	มติไม่ปรับปรุง
๓.	๔.๔ มีล้อสามารถเคลื่อนย้ายได้	ข้อเสนอแนะ : ควรแก้ไขเป็น “มีล้อหรือถอดประกอบเพื่อเคลื่อนย้ายได้”	มติปรับปรุง
๔.	๔.๕ มีจอแสดงผลแบบ LCD แบบมีปุ่มกด และมีระบบคอมพิวเตอร์สามารถตั้งห่างออกมาจากตัวเครื่องได้	ข้อเสนอแนะ : ควรแก้ไขเป็น “มีจอแสดงผลแบบ LCD แบบมีปุ่มกดหรือแบบจอสัมผัส (Touchscreen) และมีระบบคอมพิวเตอร์สามารถตั้งห่างออกมาจากตัวเครื่องได้”	มติปรับปรุง

เอกสารแนบท้าย (เอกสาร ๑)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นายอุดมศักดิ์ วงศ์ปารมี)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ



(นางจรรยาพร นิมนวี)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ



(นางสาวแสงเดือน จันทรพิชญ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

1101

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องฉายแสง UVB รักษาโรคผิวหนัง

๑. ความต้องการ

เป็นเครื่องฉายแสงที่ใช้รักษาโรคผิวหนัง

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้รักษาโรคผิวหนังบางชนิดที่มีความจำเป็นต้องรักษาด้วยแสงอาทิตย์เทียม

๓. คุณลักษณะทั่วไป

๓.๑ เป็นเครื่องฉายแสงที่ใช้รักษาโรคผิวหนังบางชนิด เช่น สะเก็ดเงิน (Psoriasis), โรคต่างขา (Vitiligo), ภูมิแพ้ผิวหนัง

๓.๒ ใช้กับกระแสไฟฟ้า 220 โวลต์ 30 แอมป์ หรือระบบไฟฟ้าสามเฟส

๓.๓ ตัวเครื่องมีความสูงไม่ต่ำกว่า ๒๑๐ เซนติเมตร ความกว้างไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ เซนติเมตร ความยาวไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ เซนติเมตร

๔. คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

๔.๑ เป็นเครื่องฉายแสงชนิด Narrow Band UVB ที่มีความยาวคลื่น ๓๑๑ นาโนเมตรตลอดขนาด ๑๐๐ w จำนวน ๔๘ หลอด

๔.๒ เป็นตู้สี่เหลี่ยมมีประตูเปิด-ปิดได้

๔.๓ ตัวเครื่องมีลักษณะเป็นตู้ยื่น สำหรับโรคผิวหนังที่เป็นทั้งตัว

๔.๔ มีล้อหรือถาดประกอบเพื่อสามารถเคลื่อนย้ายได้

๔.๕ มีจอแสดงผลแบบ LCD แบบมีปุ่มกดหรือแบบจอสัมผัส(Touchscreen) และมีระบบคอมพิวเตอร์สามารถตั้งห่างออกมาจากตัวเครื่องได้

๔.๖ มีช่องระบายอากาศออกทางด้านบนที่เปิดโล่ง และมีพัดลมเพื่อระบายความร้อน

๔.๗ สามารถบันทึก และแก้ไขข้อมูลของผู้ป่วยได้เพื่อความสะดวก

๔.๘ สามารถตั้งค่าพลังงานในการรักษาได้เอง หรือใช้ค่าพลังงานตามที่เครื่องกำหนดไว้

๔.๙ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกสารที่ได้รับการรับรองมาตรฐานขององค์การอาหารและยา

Q mamb

Q อิม

~ 1101

๕. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

๕.๑ เว้นตากันแสงอัลตราไวโอเล็ตสำหรับผู้ใส่ ๒ อัน

๕.๒ เว้นตากันแสงอัลตราไวโอเล็ตสำหรับคนใส่ ๑ อัน

๖. เงื่อนไข และข้อกำหนดทั่วไป

๖.๑ มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา

๖.๒ มีการรับประกันเครื่องฉายแสงพร้อมชิ้นส่วนอะไหล่ อย่างน้อย 2 ปี นับตั้งแต่วันรับมอบเครื่อง

๖.๓ ในระหว่างประกันบริษัทจะต้องส่งเจ้าหน้าที่ช่างมาทำการตรวจสอบประสิทธิภาพการและบำรุงรักษาเครื่องมือตามที่กำหนดไว้ในคู่มือ และมีรายงานนำส่งผู้ใส่ทุกครั้ง และหากพบว่ามีความบกพร่องเกิดขึ้นจะแจ้งให้ผู้ใส่ทราบ ทำการแก้ไขหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทันทีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

๖.๔ ในระยะประกันหากผู้ผลิตได้ทำการพัฒนา โปรแกรมให้เครื่องสามารถใช้งานได้ดีกว่าเดิมหรือเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง บริษัทต้องทำการ Upgrade โปรแกรมนั้นให้กับทางโรงพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ





