

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องจีตัดปากมดลูกด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง ระบบ ส่อง ความถี่ พร้อม
เครื่องดูดควัน

โรงพยาบาลอ่างทอง

๑. วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการตัดขึ้นเนื้อปากมดลูกเพื่อนำมาตรวจทางพยาธิวิทยา หารอยโรคมะเร็งโดยใช้
เครื่องวิทยุความถี่สูง มีการทำลายเนื้อเยื่อน้อย ทำให้แผลหายเร็ว และสามารถใช้จี้ห้ามเลือด ลดความเสี่ยงในการสูญเสียเลือดขณะผ่าตัดพร้อมเครื่องดูดควันกรองเชื้อโรคที่อาจปะปนมากับควัน และความปลอดภัยของแพทย์และเจ้าหน้าที่ในห้องผ่าตัด

๒. คุณสมบัติทั่วไป

๒.๑ เครื่องจีตัดปากมดลูกด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง ระบบ ๒ ความถี่ จำนวน ๑ เครื่อง

๒.๒ เครื่องดูดควัน จำนวน ๑ เครื่อง

๒.๓ ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับขนาด ๒๒๐-๒๔๐ โวลต์ ๕๐/๖๐ เฮิรตซ์

๓. คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

๓.๑ เครื่องจีและตัดขึ้นเนื้อปากมดลูกด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูงระบบ ๒ ความถี่

๓.๑.๑ เป็นเครื่องจีและตัดขึ้นเนื้อด้วยคลื่นความถี่สูง(High Frequency) ทำงานด้วยระบบคลื่นวิทยุ ๒ ความถี่ ไม่โนโนโพลาร์ใช้คลื่นความถี่ไม่น้อยกว่า ๔.๐ เมกะเฮิรตซ์ และไบโพลาร์ใช้คลื่นความถี่ไม่น้อยกว่า ๑.๗ เมกะเฮิรตซ์

๓.๑.๒ ใช้โซลิดสเตตเทคโนโลยี สามารถควบคุมระดับพลังงานให้คงที่ขณะทำการจีและตัด

๓.๑.๓ ใช้ Radiofrequency Technology ทำให้การจีและตัดมีการทำลายเนื้อเยื่อน้อย ทำให้แผลหายเร็ว ลดการเกิดแผลเป็น



๓.๑.๔ สามารถเลือกรอบของการทำงานได้ ๕ แบบ คือ

๓.๑.๔.๑ การตัดเนื้อเยื่อ (CUT) ใช้คลื่นความถี่ไม่น้อยกว่า ๔.๐ เมกะเฮิรตซ์ เป็นแบบ Fully Filtered Waveform ปรับกำลังสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัตต์ เป็นการตัดแบบ Micro-smooth cutting


๓.๑.๔.๒ การตัดและจี้ห้ามเลือด (BLEND) ใช้คลื่นความถี่ไม่น้อยกว่า ๔.๐ เมกะเฮิรตซ์ เป็นแบบ Fully Rectified Waveform ปรับกำลังสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๙๐ วัตต์

๓.๑.๔.๓ การจี้ห้ามเลือด (COAG) ใช้คลื่นความถี่ไม่น้อยกว่า ๔.๐ เมกะเฮิรตซ์

เป็นแบบ Partially Rectified Waveform ปรับกำลังสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์


(นางสาวเยาวเรศ กิตติธนวงศ์) 
(นางบุญเรือน เรืองโรจน์แข)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ


(นางสาวบุญญารัตน์ ชาติทรัพย์สิน)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๓.๑.๔.๔ การเจ็บห้ามเลือดแบบแพร่กระจายใช้คลื่นความถี่ไม่น้อยกว่า ๔.๐ เมกกะ
ไฮรัตซ์ (Fulguration) ปรับกำลังสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๔๕ วัตต์

๓.๑.๔.๕ ไบโพลาร์ (Bipolar) ใช้คลื่นความถี่ไม่น้อยกว่า ๑.๗ เมกกะไฮรัตซ์ เป็นการ
เจ็บห้ามเลือดแบบ Pinpoint, Micro Coagulation ปรับกำลังสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัตต์

๓.๑.๕ แทงคุบคุมการใช้งานแบบดิจิตอล แสดงค่าเป็นเปอร์เซ็นต์

๓.๑.๖ สามารถเลือกการใช้งานได้ทั้งแบบควบคุมด้วยเท้า หรือควบคุมด้วยมือ

๓.๒ เครื่องดูดควัน

๓.๒.๑ มีช่องเสียบสายดูดควันเพื่อเลือกใช้งานได้ไม่น้อยกว่า ๓ ขนาด

๓.๒.๒ มีปุ่มปรับระดับแรงดูดที่หน้าจอเครื่อง

๓.๒.๓ มีไฟแสดงอายุการใช้งานคงเหลือของไส้กรอง และระดับแรงดูดที่หน้าจอเครื่อง

๓.๒.๔ ไส้กรอง(Filter) มีระบบการกรองประมาณ ๔ ขั้นตอน เช่น Gross particulate filter, ULPA media, Activated carbon (odor absorption) and Post filter สามารถกรองวัสดุที่มีขนาดเล็กตั้งแต่ ๐.๑ ถึง ๐.๒ ไมครอน มีประสิทธิภาพในการกรองสูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๙ %

๓.๒.๕ ตัวกรอง (filter) มีอายุการใช้งาน ดังนี้

๓.๒.๕.๑ ในกรณีที่ปรับอัตราการดูดต่อเนื่องแบบ Low Flow Setting อายุการใช้งานของไส้กรองไม่น้อยกว่า ๓๕ ชั่วโมง

๓.๒.๕.๒ ในกรณีที่ปรับอัตราการดูดต่อเนื่อง Medium Flow Setting อายุการใช้งานของไส้กรองไม่น้อยกว่า ๒๕ ชั่วโมง

๓.๒.๕.๓ ในกรณีที่ปรับอัตราการดูดต่อเนื่องแบบ High Flow Setting อายุการใช้งานของไส้กรองไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมง

๓.๒.๖ ระดับความดังของเสียงไม่เกิน ๕๕ เดซิเบล ที่ระยะห่าง ๑ เมตร

๓.๒.๗ สามารถควบคุมการทำงานด้วยเท้าได้(footswitch)

.....
.....
(นางสาว夷าเรศ กิตติธเนศวร) (นางบุญเรือน เรืองโรจน์แข)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

.....
.....
(นางสาวบุญญารัตน์ ชาติทรัพย์สิน)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๔. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน ประกอบด้วย

๔.๑ Button Finger switch Handpiece	จำนวน ๒ ชิ้น
๔.๒ Dual Frequency Footswitch	จำนวน ๑ ชิ้น
๔.๓ Bipolar Forceps, dia.๒.๐ mm. Bayonet ๑๖.๖cm.	จำนวน ๑ ชิ้น
๔.๔ Bipolar Cable reusable	จำนวน ๑ เส้น
๔.๕ ๘ mm. Loop Electrode disposable (&pcs/box)	จำนวน ๑ กล่อง
๔.๖ ๒๐ mm. Loop Electrode disposable (& pcs/box)	จำนวน ๑ กล่อง
๔.๗ ๒๕ mm. Loop Electrode disposable (& pcs/box)	จำนวน ๑ กล่อง
๔.๘ ๙ mm.Endo-cervical Box Electrode disposable (&pcs/box)	จำนวน ๑ กล่อง
๔.๙ ๕ mm. Ball Electrode disposable (&pcs/box)	จำนวน ๑ กล่อง
๔.๑๐ Grave Vaginal Speculum with Smoke tube medium	จำนวน ๒ ชิ้น
๔.๑๑ Monsel' s Solution ๕๐๐ml.	จำนวน ๑ ขวด
๔.๑๒ Mobile cart	จำนวน ๑ ชิ้น
๔.๑๓ Electrosurgical Neutral Electrode plate REM Compatible 3m	จำนวน ๕๐ ชิ้น
๔.๑๔ Needle Extender/Measured ๑ pc Dose Syringe	

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๕.๒ รับประกันคุณภาพอย่างน้อย ๑ ปี นับจากวันมอบของครบ โดยมีการตรวจสอบสภาพและการใช้งานของเครื่อง filter ปีละ ๒ ครั้ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

๕.๓ ผู้ขายจะต้องส่งมอบพร้อมติดตั้งและฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่

๕.๔ มีหนังสือรับรองแต่ตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย

๕.๕ คู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อย่างละ ๑ ฉบับ

.....
.....
(นางสาวเยาวเรศ กิตติธเนศwar) (นางบุญเรือน เรืองโรจน์แขข)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

.....
.....
(นางสาวบุญญารัตน์ ชาติทรัพย์สิน)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ