

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องตัดผิวหนังด้วยไฟฟ้าหรือแรงดันลม

๑. ความต้องการ เครื่องตัดผิวหนังด้วยไฟฟ้าหรือแรงดันลม จำนวน ๑ ชุด มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด

๒. วัตถุประสงค์ ใช้สำหรับตัดลอกผิวหนังเพื่อปลูกถ่ายผิวหนัง

๓. คุณสมบัติทั่วไป

๓.๑ ผลิตจากวัสดุปลอดภัย สามารถนิ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำได้

๓.๒ ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่

๔. คุณสมบัติเฉพาะ

๔.๑ เครื่องตัดลอกผิวหนัง เป็นแบบไร้สาย (cord less)

๔.๒ น้ำหนักเครื่องไม่เกิน ๑๖๕๐ กรัม

๔.๓ สามารถตัดผิวหนังได้กว้างไม่น้อยกว่า ๗๘ มิลลิเมตร

๔.๔ สามารถปรับระยะความหนาในการตัดผิวหนังได้ไม่เกิน ๑.๒ มิลลิเมตร

๔.๕ ถอดเปลี่ยนใบมีดได้ง่าย ปลอดภัย ไม่ต้องใช้ไขควงหรืออุปกรณ์ใดๆ

๔.๖ ถอดมอเตอร์และแบตเตอรี่ออกจากเครื่องได้ก่อนการล้างและทำปราศจากเชื้อ

๔.๗ ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ ใช้แรงดันไฟได้ตั้งแต่ ๗.๐ โวลท์ หรือมากกว่า

๔.๘ ความจุแบตเตอรี่ไม่ต่ำกว่า ๗๐๐ มิลลิแอมป์ต่อชั่วโมง สามารถใช้งานต่อเนื่องได้

๔.๙ แบตเตอรี่สามารถชาร์จไฟได้ เป็นชนิดลิเธียมไอออน

๕. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

๕.๑ ใบมีดตัดสำหรับเครื่องมือผ่าตัดสกินกราฟต์แบบมอเตอร์ไร้สาย จำนวน ๑๐ ใบ

๕.๒ อุปกรณ์ปรับลดขนาดความกว้างหน้าตัดของแผ่นผิวหนัง จำนวน ๓ ชิ้น

๕.๓ กล่องบรรจุเครื่องมือสำหรับนิ่งฆ่าเชื้อ จำนวน ๑ ชุด

๕.๔ ชุดชาร์จไฟแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ชุด

พ.ไพฑูริ์ ประธานกรรมการกรรมการกรรมการ

(นางสาวพจนรณ จอมเกาะ) (นางบุญเรือน เรืองโรจน์แข) (นางสายทอง ศุกรเสพย์)

นายแพทย์ชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๖. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๖.๑ เป็นสินค้าใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- ๖.๒ รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี
- ๖.๓ ได้รับรองมาตรฐานการผลิตทางการแพทย์

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการ
(นางสาวพจนรณ จอมเกาะ) (นางบุญเรือน เรืองโรจน์แข) (นางสายทอง ศุกรเสพย์)
นายแพทย์ชำนาญการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ