

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบ 1 ไกร์ ชนิดมือหมุน

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้เป็นเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ให้ความปลอดภัยและความรวดเร็วในการเคลื่อนย้ายควบคุมด้วยการใช้มือหมุน
ปรับหนักพิงหลัง เพื่อให้สอดคล้องกับสรีระผู้ป่วย

คุณลักษณะเฉพาะ


1. เป็นเตียงสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดมือหมุนแบบ 1 ไกร์ ปรับการทำงานต่างๆด้วยมือหมุนไกร์เตียง
สามารถปรับสูงต่ำอยู่ในช่วง 560-800 มิลลิเมตร
2. สามารถปรับหนักพิงหลังได้ 0-70 องศา ด้วยระบบแก๊สสปริงด้านหลังบริเวณหัวเตียง
3. โครงสร้างของเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ผลิตจากโลหะ ผ่านการเคลือบด้วยสีฝุ่นอบ (Powder Coating) ที่
มีความเหนียว แน่น แข็งแรงทน ทนทาน สามารถรับน้ำหนัก ได้ 240 กิโลกรัม โดยไม่งอ มีการตัดเชื่อมต่อ รอยเชื่อม
เรียบร้อยเคลือบสี ป้องกันสนิม ราวข้างเตียงทำจากพลาสติก ABS หรือ PE หรือ Polyethylene
4. ส่วนของพื้นรองรับผู้ป่วยแบ่งเป็น 2 ตอน ผลิตจากพลาสติก ABS หรือ PE หรือ Polyethylene ฉีดขึ้น
รูปมีความเหนียวแน่น แข็งแรง ทนทาน
5. เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมีขนาดความกว้าง 600 มิลลิเมตร มีขนาดความยาว 1800 มิลลิเมตร
สูงได้ 800 มิลลิเมตร ต่ำได้ 550 มิลลิเมตร
6. ล้อทำจากพลาสติกสังเคราะห์ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตร มีจำนวน 4 ล้อ พร้อมล้อคล้อ
แบบเซ็นทรัลล็อก ทางด้านข้างทั้งสองข้าง และล้อขนาด 100 มิลลิเมตร อยู่ตรงกลางรถเข็นเพื่อช่วยรักษาสมดุล
สามารถปรับขึ้นลงได้
7. ราวข้างเตียงเป็นราวกันแบบปีกนก ผลิตจากพลาสติก ABS หรือ PE หรือ Polyethylene ฉีดขึ้นรูป แบ่ง
ออกเป็นสองข้าง ยกขึ้นข้างเตียง ล้ออัตโนมัติเมื่อยกปีกนก (ราวกัน) ขึ้นจุดสุดปลดล้อคโดยยกล้อคขึ้นบริเวณใต้ปีกนก
(ราวกัน) มีโซ้คที่ราวกันเพื่อไม่ให้ (ราวกัน) ลงเร็วจนเกินไป
8. มีที่สำหรับเสียบเสาน้ำเกลือบริเวณหัวเตียง และปลายเตียง เพื่อสะดวกในการปรับเปลี่ยนตำแหน่งการ
ให้สารละลาย
9. เบาะรองผู้ป่วยหนา หุ้มด้วยวัสดุกันน้ำได้

อุปกรณ์ประกอบการใช้งานต่อเตียง 1 หลัง

- | | |
|--|--------------------|
| 1. เบาะรองผู้ป่วย หุ้มด้วยวัสดุกันน้ำได้ | จำนวน 1 เบาะ/เตียง |
| 2. เสาน้ำเกลือสแตนเลสปรับระดับได้ | จำนวน 1 ต้น/เตียง |
| 4. สายรัดตัวผู้ป่วย | จำนวน 2 เส้น/เตียง |


(นางสาวณัฐชา กิวิรรตนา)
นายแพทย์ชำนาญการ


(นางกัลยา เอี่ยมมงคล)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ


(นางอุไรวรรณ เพ็งแพง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

เงื่อนไขและการรับประกัน

1. ผลิตได้มาตรฐาน ISO9001, ISO13485
2. เป็นสินค้าใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
3. บริษัทมีเอกสารได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างถูกต้องจากผู้ผลิต
4. รับประกันคุณภาพสินค้า พร้อมอะไหล่ และการบริการต่างๆ 1 ปี นับจากวันที่ตรวจรับไว้ครบถ้วน ถูกต้อง และกระทำโดยช่างผู้ชำนาญของบริษัทผู้ขายโดยตรง โดยมีการแจ้งให้ผู้ซื้อทราบล่วงหน้า
5. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด


(นางสาวณัฐชยา กิริวรรณ)
นายแพทย์ชำนาญการ


(นางกัลยา เอี่ยมมงคล)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

 มีช ๒๗
(นางอุไรวรรณ เฟื่องแพง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ