

คุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับ

วัตถุประสงค์ เพื่อใช้บำบัดรักษาโรคทางกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับ กระดูก หมอนรองกระดูก ข้อต่อและกล้ามเนื้อบริเวณคอและหลัง

๑. คุณสมบัติทั่วไป

- ๑.๑ สามารถใช้กับไฟฟ้า ๒๒๐-๒๓๐ โวลต์ ๕๐-๖๐ เฮิร์ตซ์
- ๑.๒ ตัวเครื่องมีหน้าจอแสดงผลหรือปุ่มเลือกการทำงาน
- ๑.๓ เตียงปรับระดับมีรีโมทหรือปุ่มกดสามารถปรับระดับขึ้นลง
- ๑.๔ เตียงปรับระดับมีความคงทนแข็งแรงสามารถรับน้ำหนักได้ ๒๐๐ กิโลกรัมหรือมากกว่า

๒. คุณสมบัติทางเทคนิค

- ๒.๑ สามารถตั้งโปรแกรมการดึงได้ไม่น้อยกว่า ๒ ลักษณะ คือ
 - ๒.๑.๑ การดึงแบบต่อเนื่อง (Static Traction)
 - ๒.๑.๒ การดึงแบบจังหวะ (Intermittent Traction)
- ๒.๒ สามารถตั้งเวลาการรักษาได้สูงสุดมากกว่าหรือเท่ากับ ๙๙ นาที
- ๒.๓ สามารถปรับแรงดึงการรักษาได้สูงสุดมากกว่าหรือเท่ากับ ๙๐ กิโลกรัม
- ๒.๔ สามารถตั้งเวลาการดึงและผ่อนแยกอิสระจากกัน ดังนี้
 - ๒.๔.๑ เวลาการดึงตั้งได้ ๑-๙๙ วินาที
 - ๒.๔.๒ เวลาการผ่อนตั้งได้ ๑-๙๙ วินาที
- ๒.๕ มีระบบสัมผัสหรือปุ่มกดในการตั้งโปรแกรม เพื่อสะดวกต่อการใช้งาน
- ๒.๖ มีระบบความปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย โดยสวิทช์หยุดการทำงานผู้ป่วยสามารถหยุดเครื่องได้เองเมื่อมีความผิดปกติ

ประธานกรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
(นางสาวพรหมภัสสร เปี่ยมสิน)	(นางสาวณัฐธิชา เกษติ)	(นางสาวอาทิตร์น พึ่งสุข)
นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ	นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ	นักกายภาพบำบัดชำนาญการ

๓. อุปกรณ์ประกอบ

๓.๑ Pelvic Belt	จำนวนไม่น้อยกว่า	๑	ชิ้น
๓.๒ Thoracic Belt	จำนวนไม่น้อยกว่า	๑	ชิ้น
๓.๓ Cervical Belt	จำนวนไม่น้อยกว่า	๑	ชิ้น
๓.๔ Patient Switch	จำนวน	๑	ชิ้น
๓.๕ เตี้ยงดึงคอ-ดึงหลังปรับระดับ	จำนวน	๑	เตียง

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๑ ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย

๔.๒ รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี พร้อมบริการอะไหล่โดยไม่คิดมูลค่า

๔.๓ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๔.๔ มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ ๑ ชุด

๔.๕ มีสำเนาเอกสารแบบแจ้งรายละเอียดเครื่องมือแพทย์สำหรับผู้ประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ต้องแจ้งรายการละเอียด จากคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข


.....ประธานกรรมการ
(นางสาวพรหมภัสสร เปี่ยมสิน)
นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ


.....กรรมการ
(นางสาวณัฐธิชา เกษติ)
นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ


.....กรรมการ
(นางสาวอาทิตร์น พึ่งสุข)
นักกายภาพบำบัดชำนาญการ