

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
หม้อต้มแผ่นความร้อน

๑. ความต้องการ หม้อต้มแผ่นความร้อน
๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน เพื่อใช้ต้มแผ่นให้ความร้อนต้นในการบำบัดรักษาเพื่อลดอาการปวด และเพิ่มการไหลเวียนโลหิต
๓. คุณสมบัติทั่วไป
- ๓.๑ เป็นหม้อต้มแผ่นให้ความร้อนที่มีอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ
- ๓.๒ ใช้ไฟฟ้า ๒๒๐ โวลท์ ๕๐ เฮิร์ตซ์
๔. คุณสมบัติทางเทคนิค
- ๔.๑ เป็นถังสี่เหลี่ยมทำด้วยสแตนเลสอย่างดี
- ๔.๒ ภายในตัวถังมีตะแกรงสแตนเลส โดยแบ่งเป็นช่องสำหรับวางแผ่นให้ความร้อน
- ๔.๓ ควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง ๓๐ °C-๑๐๐°C (Thermostat)
- ๔.๔ มีฝาเปิดปิดและราวจับด้านข้างและมีล้อเข็นสำหรับเคลื่อนย้ายไปมาได้สะดวก พร้อมทั้งล้อสำหรับหยุดอยู่กับที่
- ๔.๕ มีหลอดไฟแสดงสถานะของเครื่อง
- ๔.๖ มีวาล์วระบายน้ำออก
- ๔.๗ มี สวิตช์ปิด-เปิดเบรกเกอร์ ฟิวส์ เพื่อป้องกันผู้ใช้งานขณะเกิดไฟฟ้ารั่วหรือลัดวงจร
๕. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน
- | | | |
|--|---|------|
| ๕.๑ ตะแกรงสแตนเลส | ๑ | ชุด |
| ๕.๒ ตะขอเกี่ยวแผ่นให้ความร้อนอย่างน้อย | ๑ | อัน |
| ๕.๓ สายไฟต่อเข้าเครื่อง | ๑ | เส้น |
| ๕.๔ แผ่นให้ความร้อนขนาดมาตรฐานอย่างน้อย | ๖ | แผ่น |
| ๕.๕ คู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ | ๑ | เล่ม |

.....ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

(นางสาววชิรี ฉ่ำท่วม) (นางสาวณัฐธิชา เกษดี) (นางสาวพัชรพร พวงจันทร์)

นักกายภาพบำบัดชำนาญการ นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

๖. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๖.๑ ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย
- ๖.๒ รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๑ ปี พร้อมบริการอะไหล่โดยไม่คิดมูลค่า
- ๖.๓ เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- ๖.๔ มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ ๑ ชุด
- ๖.๕ มีสำเนาเอกสารแบบแจ้งรายละเอียดเครื่องมือแพทย์สำหรับผู้ประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ต้องแจ้งรายการละเอียด จากคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

อวิฬ ฐิตวณ

.....ประธานกรรมการ

(นางสาววัชรีย์ ฉ่ำท่วม)

นักกายภาพบำบัดชำนาญการ

ศิริพิชิต ✓

.....กรรมการ

(นางสาวณัฐธิชา เกษติ)

นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

พัชรพร พวงจันทร์

.....กรรมการ

(นางสาวพัชรพร พวงจันทร์)

นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ