

เตียงตรวจภายในระบบไฟฟ้า ที่มีระบบจดจำท่าทาง

1. วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้เป็นเตียงตรวจภายในระบบไฟฟ้า สามารถเซ็นเคลื่อนย้ายและปรับระดับต่างๆได้ง่าย เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย

2. คุณลักษณะทั่วไป

2.1 เป็นเตียงตรวจภายในระบบไฟฟ้า ปรับด้วยรีโมทคอนโทรลและปุ่มกดที่ด้านข้างเตียง

2.2 เตียงมีล้อ พร้อมระบบล็อกล้อ Central Lock สะดวกในการเคลื่อนย้าย

2.3 ตัวเตียงแบ่งเป็น ส่วน ไตแก์ ส่วนหลัง ส่วนสะโพก ส่วนปลายเท้า

2.4 ใช้ระบบไฟฟ้า 220 V. 50Hz.

2.5 มีชุดขาหยั่ง , ชุดขายัน , ชุดมือจับ , ถาดรองของเหลว สามารถถอดออกได้

3. คุณลักษณะทางเทคนิค

3.1 เตียงมีความกว้างไม่น้อยกว่า 70 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 130 ซม. และเมื่อรวมปลายเท้ามีความยาวไม่น้อยกว่า 190 ซม.

3.2 ฐานเตียง ทำด้วยเหล็กพ่นเคลือบสี ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 65 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 75 ซม. ได้ฐานมีล้อเซ็นเคลื่อนย้ายได้และมีระบบล็อกล้อ Central Lock โดยใช้เท้าปรับที่ฐาน

3.3 คอลัมน์เตียงแบ่งเป็น 2 ชั้น เพื่อป้องกันน้ำและฝุ่นละออง

3.4 ตัวเตียงทำด้วยเหล็กพ่นเคลือบสี สวยงาม แบ่งเป็น ส่วนแผ่นหลัง ขนาดไม่น้อยกว่า 72 x 80 ซม., ส่วนสะโพกขนาดไม่น้อยกว่า 72 x 45 ซม. พร้อมรางสแตนเลสด้านข้างเตียงเพื่อใส่อุปกรณ์เสริมต่างๆและส่วนปลายเท้าแบ่งเป็น 2 ส่วนมีขนาดรวมไม่น้อยกว่า 60 x 60 ซม.

3.5 เบาะ ทำด้วยฟองน้ำสังเคราะห์หุ้มด้วยหนังเทียมอย่างดี ทำความสะอาดได้ง่าย

3.6 แกนขายันทำด้วยสแตนเลส จะมีลักษณะโค้งรับส่วนเท้าสามารถปรับแยกออกด้านข้างได้ โดยมีปุ่มล็อก-ปลดล็อก และปรับยืดขยายความยาวได้

3.7 ขาหยั่ง สามารถปรับขึ้น-ลงได้ และส่วนรองรับข้อเท้าสามารถปรับตำแหน่งได้ตามต้องการ ชุดขาหยั่งนี้สามารถถอดออกได้เมื่อไม่ใช้งาน

3.8 มีถาดสแตนเลสสำหรับรองของเหลว สไลด์เก็บเข้าใต้เตียงได้และสามารถถอดออกทำความสะอาดได้

3.9 มีมือจับ สามารถปรับเลื่อนตำแหน่งตามต้องการได้

.....
(แพทย์หญิงณัฐภรณ์ พรประเสริฐสุข)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

.....
(นายแพทย์เลอพงศ์ เล็กเลอพงศ์)

นายแพทย์ชำนาญการ

.....
(นางปภาดา สุขะชีวานนท์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

- 3.10 ส่วนรองรับปลายเท้า สามารถถอดออกได้เมื่อไม่ใช้งาน
- 3.11 ส่วนรองรับแขนทำด้วยฟองน้ำหุ้มหนังเทียม กว้างไม่น้อยกว่า 25 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 50 ซม. สามารถปรับตั้งขึ้นได้โดยมีความสูงวัดจากเบาะถึงขอบด้านบนสูงไม่น้อยกว่า 25 ซม. และปรับพับราบได้
- 3.12 ปรับการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรล ได้ดังนี้
- 3.12.1 ปรับเตี้ยต่ำสุดได้ไม่เกิน 70 ซม. ปรับสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 90 ซม.
 - 3.12.2 ปรับส่วนแผ่นหลังขึ้นได้ไม่น้อยกว่า 80 องศา
 - 3.12.3 ปรับยกส่วนสะโพกได้ไม่น้อยกว่า 20 องศา และปรับสะโพกลงจากแนวราบได้ไม่น้อยกว่า 8 องศา
 - 3.12.4 ปรับเตี้ยต่ำลงพร้อมปรับส่วนหลังเอนนั่งพร้อมกันได้
 - 3.12.5 ปรับเตี้ยต่ำลงพร้อมปรับส่วนหลังเอนนอนพร้อมกันได้
 - 3.12.6 สามารถล็อกและจดจำท่าทางการใช้งาน (Memory Positioning) เพื่อความสะดวกในการใช้งานซ้ำ โดยไม่ต้องปรับตำแหน่งใหม่ทุกครั้ง โดยสามารถ Memory ได้ไม่น้อยกว่า 1 ท่า
- 3.13 ปรับการทำงานด้วย Foot Switch ได้ดังนี้
- 3.13.1 ปรับเตี้ยต่ำสุดได้ไม่เกิน 70 ซม. ปรับสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 90 ซม.
 - 3.13.2 ปรับส่วนแผ่นหลังขึ้นได้ไม่น้อยกว่า 80 องศา
 - 3.13.3 ปรับยกส่วนสะโพกได้ไม่น้อยกว่า 20 องศา และปรับสะโพกลงจากแนวราบได้ไม่น้อยกว่า 8 องศา
 - 3.13.4 ปรับเตี้ยต่ำลงพร้อมปรับส่วนหลังเอนนั่งพร้อมกันได้
 - 3.13.5 ปรับเตี้ยต่ำลงพร้อมปรับส่วนหลังเอนนอนพร้อมกันได้
- 3.14 ปรับการทำงานด้วยปุ่มกดที่ด้านข้างเตียง ทั้ง 2 ด้าน
- 3.13.1 ปรับเตี้ยต่ำสุดได้ไม่เกิน 70 ซม. ปรับสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 90 ซม.
 - 3.12.2 ปรับส่วนแผ่นหลังขึ้นได้ไม่น้อยกว่า 80 องศา
 - 3.12.3 ปรับยกส่วนสะโพกได้ไม่น้อยกว่า 20 องศา และปรับสะโพกลงจากแนวราบได้ไม่น้อยกว่า 8 องศา
- 3.15 เตียงสามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 200 กิโลกรัม

4. เงื่อนไขเฉพาะ

- 4.1 รับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปี
- 4.2 เป็นเครื่องใหม่ ไม่เคยถูกนำไปใช้งานมาก่อน และสามารถจัดส่งได้ภายใน 90 วันหลังทำสัญญาจัดซื้อ
- 4.3 เมื่อสินค้าชำรุด ต้องสามารถแก้ไขจนใช้งานได้ติดตั้งเดิมภายใน 14 วัน

.....
(แพทย์หญิงณัฐภรณ์ พรประเสริฐสุข)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

.....
(นายแพทย์เลอพงศ์ เล็กเลอพงศ์)
นายแพทย์ชำนาญการ

.....
(นางปภาดา สุชะชีวานนท์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ